



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏东佳电气有限公司
编 号：20571-2024
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报告日期：2025 年 08 月 13 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810
电 话：010-8225 2376
官 网：www.china-isc.org.cn
邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏东佳电气有限公司	企业联系人	周 伟
认证证书编号	ISC-2024-1800	证书有效期	2029年08月14日
监督审核次数	一	本次监督时间	2025年08月13日
监督审核员姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867 姜俊2024-N1MMS-2054859	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、品质部 生技部（车间）、财务部 业务部（采购、销售）

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：无违反法律法规或发生重大事故。
2. 内部审核和管理评审的情况：
 - 2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于 2025 年 06 月 10 日分二组对公司测量体系进行了内审工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，内审中发现的一个次要不符合项，在规定的时间内完成了整改，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。
 - 2.2 管理评审的情况：企业于 2025 年 06 月 22 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理孙文斌主持，副总经理兼管代蔡运红及各部门汇报了从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，目前不需更改，满足要求。
3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程：
 - a) 计量要求的导出和验证：查埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
 - b) 测量不确定评定：查埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
 - c) 有效性确认：查埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
 - d) 测量过程的控制：查埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》
 - e) 测量过程的监视：查埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
 - f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市



江都区计量测试技术研究所、江苏鼎盛检测中心有限公司、江苏省计量科学研究院三家机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：电、水，自 2024 年下半年至 2025 年上半年，电耗量 180292kW.h，水耗量 2914t，共消耗 22.4tce，不是重点用能单位。能源计量器具的配置，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年初次审核中开具的一个不符合项：检查品质部现场使用的埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测系统中配套的测试软件，未列入《测量软件台账》统一管控，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款的要求。

检查了企业采取的纠正措施：企业已将埋置式铂热电阻 0℃时电阻值检测系统配套的测试软件列入提供了《测量软件台账》，统一管控，并进行了确认，满足要求，上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了 A/0 版的《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标；检查了 2025 年计量工作目标制定的六项质量目标，公司的总的质量目标已分解至各部门，每季度统计一次，查 2025 年上半年公司《测量目标分解情况表》，由品质部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适用性、有效性及对持续运作的控制。公司通过按计划开展培训、内审、管理评审、监视等形式，实现体系的持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的资质及机构的变更情况：

企业的产品防爆合格证中有部分产品的防爆合格证到期进行了更新：矿用隔爆型温度传感器，型号 GWP200(A)，测温范围 (0-200)℃，于 2025 年 08 月 07 日取得了防爆合格证，证号，SHExC25.1824X，有效期至 2030 年 08 月 06 日；矿用隔爆型温度传感器，型号 GWP200(A)，测温范围 (0-200)℃，于 2025 年 08 月 07 日取得了防爆合格证，证号，SHExC25.1825X，有效期至 2030 年 08 月 06 日；中国国家强制性产品认证证书，部分产品的证书到期进行了更新：防爆电缆连接器，证书编号 2020312313000073，发证日期：2025 年 07 月 10 日有效期至：2030 年 09 月 22 日；隔爆型温度传感器，证书编号 2020312315000227，发证日期 2025 年 04 月 25 日 有效期至：2030 年 05 月 20 日；矿用隔爆型温度传感器，证书编号 2020312315000226，发证日期 2025 年 04 月 25 日，有效期至 2030 年 05 月 21 日；增安型接线端子箱，证书编号 2020312303000170，发证日期 2025 年 04 月 25 日，有效期至 2030 年 05 月 20 日；增安型电加热器，



证书编号 2020312312000047，发证日期 2025 年 04 月 25 日，有效期至 2030 年 05 月 21 日。

企业的其他资质及组织机构均未变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、公司产品招投标及内部管理提升。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次年度监督审核未开具不符合项，就测量体系的运行情况提出改进建议：

➤ 建议企业能一如既往地把测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售合同进行了审核：

抽查了企业的销售合同，企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 其他需要说明的事项，如：

12.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 08 月 05 日的监督审核情况，审核组认为江苏东佳电气有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测及安全计量等各项活动对计量要求，最后审核组同意：推荐江苏东佳电气有限公司通过 2025 年的年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 姜俊