



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 江苏德高物联技术有限公司

编 号： 0136-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025.12.15

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏德高物联技术有限公司	企业联系人	孙星星
认证证书编号	ISC-2023-1529(有效)	证书有效期	2028年02月01日
监督审核次数	第3次监督	本次监督时间	2025年12月15日上午至2025年12月15日下午
监督审核员姓名及确认号	李俐 2024-N1MMS-3222792	监督审核涉及的区域或部门	行政部、质量部、生产部、研发部、采购销售部
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员(专家、观察员)	孙星星
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。 		

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了行政部、质量部、生产部、研发部、采购销售部等部门。对测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

查电磁线圈接地电阻检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要



求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2025年1月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——电磁线圈接地电阻检测过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查电磁线圈接地电阻检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理，其中关键过程1个，一般过程25个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏省计量科学研究院、南通市计量检定测试所、常州市金坛区检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业2024年消耗能源18.4吨标准煤，不属于重点能耗企业。该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合GB17167要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

3.7 本次监督审核未发现不符合项，提出1项改进建议：建议企业进一步做好测量过程的识别和控制。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 查企业2025年1月测量管理体系监督审核中出具了1个不符合项。

查生产部，编号：LG21-02-01千分尺，计量检定证书有效期2024.7.16，未见有效溯源证书，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2条的要求。企业对不符合进行了整改，经验证不符合关闭。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。



5. 对投诉的处理情况：

经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。

6. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

6.1 质量目标完成情况：

受审核方已经制定 5 项质量目标，抽查了 2025 年计量目标分解文件，提供 2025 年目标完成情况统计表：1、测量设备的配置完全满足产品测量需求，测量需求满足率 100%；2、测量过程完全满足测量要求，测量过程符合率 100%；3、在用测量设备按期检定或校准，周期受检率 100%；4、关键测量项目计量确认达成率 100%；5、因测量失准造成的质量问题每季度不超过一次符合要求，查 2025 年 1-11 月的统计结果均达到目标要求。

6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，该公司于 2025 年 11 月 28 日由刘拾伍、吴雪两名内审员实施了测量管理体系内部审核，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，现场检查了首末次会议签到表，内审计划，内审记录，提供《内审报告》，审核结论，通过本次审核，公司测量管理体系基本得到保持，符合 GB/T19022-2003/ISO10012：2003 标准的要求，标准及相关认证要求，且测量质量管理体系运行适宜和有效。本公司的质量管理体系在运行中还存在一些薄弱的环节，有待进一步改进。2025 年内审开具了一个次要不符合项于 2025. 11. 29 完成了整改. 提供培训记录。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 12 月 3 开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理赵振峰主持，由管理者代表刘拾伍汇报了体系运行情况。提供《管理评审报告》，管理评审会议结论：通过本次评审了解了 2025 年公司在测量管理体系运行中成绩，同时也从中看到了一些薄弱环节，确立了公司 2026 年改进的方向。评审会认为，公司测量管理体系符合 GB /T19022-2003 标准，符合公司实际情况，体系运行的有效的，体系所指定的目标能满足内部外部计量要求，体系进行了内审，并对体系内审中发现的不符合项进行了整改，证明体系有持续改进的能力。管理评审会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

现场检查了管理评审计划，评审安排，各部门的体系运行报告，有顾客满意度调查报告，管理方针和管理目标的贯彻实施情况报告，有管理评审记录评审报告。有签到表。并对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质未变更。

2) 测量管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。



- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 查公司合同情况：（销售、维护类）

抽查与东台市自来水公司的签定的电磁流量计、智能水表计销售合同，合同编号 DG2025-128，签订时间 2027 年 8 月 12 日。查《售后服务》，编号：DG000264 时间：2025.10.9 服务内容：安装，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和售后服务的要求。抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 12 月 15 日上午至 2025 年 12 月 15 日下午现场审核情况，审核组认为江苏德高物联技术有限公司建立的 AAA 级测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意：推荐江苏德高物联技术有限公司公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：李俐