



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 江苏明润环境科技有限公司

编 号： 0282-2020-2021

审 核 类 型： 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏明润环境科技有限公司	企业联系人	周静
认证证书编号	ISC-2020-0894	证书有效期	2025-12-23
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021-12-04
监督审核员姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
监督审核涉及的区域或部门	管理层、市场部、生产部、行政人事部、技术研发部、计划财务部、物资部、客户服务部		

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：加强人员培训，提高测量管理体系意识，完善测量设备计量基础工作。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2021 年 11 月 09 日单独组织了测量管理体系内审工作，对公司 7 个部门及生产车间进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 11 月 15 日完成整改。内审首末次会议由管理者代表主持，同时管代还参与了现场审核。内审组织规范、不符合项整改记录符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 11 月 20 日开展了测量管理体系评审，是单独进行了评审。管理评审会议由总经理朱俊主持，各部门负责人参加。会议对内审情况、质量目标完成情况、测量管理体系运行情况进行了评审，指出了不足与改进。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的体系理解不够，人员意识欠缺等问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未见新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查接地电阻测试测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。
- b) 测量不确定评定：查接地电阻测试测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c) 有效性确认：查接地电阻测试测量过程，采用再现性比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》。



- d) 测量过程的控制：查接地电阻测试测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查接地电阻测试测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送扬州市天域计量测试有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司、镇江市计量检定测试中心、安正计量检测有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电，2021 年 1 月-11 月折合能耗约 4 吨标准煤，不属于重点用能单位。企业进出能源计量器具由结算公司提供，准确度等级满足要求，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2020 年初审开出 1 项不符合项，即生产部测试装置上的负压表、流量计未检定校准。本次监督审核重点查验了该不符合项的整改情况，企业已取得压力表和流量计的校准证书，并在计量器具上粘贴计量确认标识，验证满足要求，不符合控制有效，同意关闭该不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 年至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了 9 项计量目标已分解到各部门，有具体指标可测量，按目标、完成情况进行统计，查目标完成情况统计表，记录内容全，每月统计，计量目标管理满足要求。。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对证书的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见：

通过 2021 年 12 月 04 日，对江苏明润环境科技有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，未见新增关键测量过程，已识别的关键、重要测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作规范。综上所述，审核组认为江苏明润环境科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监



督审核。

审核组组长（签字）： 韩沁

北京国标联合认证有限公司(盖章)

