



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：成都多贝石油工程技术有限公司

编 号：0289-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0289-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	成都多贝石油工程技术有限公司	企业联系人	张雪
认证证书编号	ISC-2021-0928	证书有效期	2026-01-17 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年12月30日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、质检技术部、生产部、销售部、采购部、办公室

二、监督审核过程综述：

根据编号为 0289-2020-2021《监督审核通知书》安排，2021 年 12 月 30 日，由冷校担任审核组长对成都多贝石油工程技术有限公司进行远程监督审核。重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核组通过远程抽样、验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了管理者代表、质检技术部、生产部、销售部、采购部、办公室等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。具体如下：

三、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 11 月 11 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 16 日开展了单体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理熊杰主持，管理者代表张雪汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的加强人员培训等 1 个方面的问题落实了整改部门。



3. 为持续改进而策划的活动的进展:

企业有 13 个测量过程, 2 个关键测量过程, 无新增关键测量过程。企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

- a) 计量要求的导出和验证: 查抗压筒外径检测测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。
- b) 测量不确定评定: 查抗压筒外径检测测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c) 有效性确认: 查抗压筒外径检测测量过程, 采用比对方法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》。
- d) 测量过程的控制: 查抗压筒外径检测测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查抗压筒外径检测测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立计量最高标准, 企业测量设备由质检技术部负责溯源, 全部外送深圳华科计量检测技术有限公司等单位检定/校准。企业共有 9 台测量设备, 抽查 4 台测量设备检定/校准证书, (2021 年送检工作正在实施中新证书尚未收到, 旧证书有效期至审核当天 2021 年 12 月 30 日), 溯源基本满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况:

企业主要能源为电和水, 2020 年全年用电量 17006 度; 水 182 吨。折算为 2.11 吨/标煤。不属于重点用能单位。

企业能源计量器具的配备及管理由供电局及自来水公司统一管理。企业按时结算费用。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况的表述:

5.1 上年度审核不符合项整改验证情况

经查询 2020 年认证审核未开具不符合项。

5.2 本次审核不符合项情况:

经过本次远程审核, 审核组确认未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年没有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 6 项质量目标, 质检技术部对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况分别进行了统计, 记录内容全, 每月汇总分析, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。企业测量管理体系未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 30 日一天, 对成都多贝石油工程技术有限公司远程监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 无新增关键测量过程, 查原有关键测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作均满足标准的要求。综上所述, 审核组认为成都多贝石油工程技术有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长 (签字):

日期: 2021.12.30

审核组成员 (签字):

日期: 2021 年 12 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.01.05