



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：佛山市三水威达机电有限公司

编 号：0281-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0281-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	佛山市三水威达机电有限公司	企业联系人	黄晓峰
认证证书编号	ISC-2020-0916	证书有效期	2025/12/29
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022年03月02日
监督审核员 姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839 高国元 2019-M1MMS-1274613	监督审核涉及的 区域或部门	技术部、生产部、综合部、供销部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021 年 01 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 12 月 12 日组织了公司测量管理体系, 内审分 2 个组, 对公司 4 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 0 不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 01 月 10 日开展了单体系管理评审, 会议由公司副总经理黄晓峰主持, 由管理者代表黄晓峰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 管理评审输出: 公司建立的测量管理体系是持续适宜的, 充分的和有效的。计量方针暂不改变, 继续宣贯。2022 年度计量目标暂不需要修订。为了提高计量管理人员和内审员能力, 同意有针对性的对计量管理人员和测量管理体系内审员开展有关培训, 由技术部向综合部提交有关计划, 并由综合部组织实施。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 公司共识别了 1 个关键测量过程, 本次针对抽查电压互感器比值误差检验过程进行了审核。

a) 计量要求的导出和验证: 查电压互感器比值误差检验过程计量测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》;

b) 测量不确定评定: 查电压互感器比值误差检验过程计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》;

c) 有效性确认: 查电压互感器比值误差检验过程计量测量过程, 采用精密电流互感器和电流比例标准器进行比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制: 查电压互感器比值误差检验过程计量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。

e) 测量过程的监视: 查电压互感器比值误差检验过程计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托广东省计量科学研究院、东莞市世通仪器检测服务有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由生产部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求, 详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

该公司不属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括水、电, 2021年全年总能耗6.8吨标准煤, 公司已经依据GB 17167-2006的要求配备了能源计量器具, 准确度等级与配备率均符合GB 17167-2006要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

5. 对上一年度认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述:

于 2020 年 12 月 28 日 初审认证所开具的 1 个次要不符合项 (不符合认证审核准则条款号: ISO10012: 2003 8.2.4 测量管理体系的监视) 已经整改, 不符合项已经关闭。

2022 年外审开出了一项次要不符合项报告: 不符合认证审核准则条款号: ISO10012: 2003 6.2.4, 企业对不符合组织了纠正, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。供销部负责外部顾客满意度调查, 在 2021 年 12 月回访了佛山天亿电气有限公司、深圳市科瑞悦电力设备有限公司、惠州市华科电力设备有限公司、佛山市忠能电气有限公司等 4 家重点客户, 就产品质量、价格满意度及交货及时性等问题与客户进行了沟通, 并征求了客户的意见, 客户对公司的产品和服务非常满意, 对产品质量给予比较高的评价; 供销部于 2021 年 12 月进行了外部顾客满意度调查, 得分为 96 分

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 4 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:



用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 03 月 02 日,对佛山市三水威达机电有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作情况,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,识别关键测量过程 1 项,过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述,审核组认为佛山市三水威达机电有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 邵相臣

审核组成员(签字): 胡月之

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022-03-02

日期: 2022-03-02

日期: 2022-03-11