



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江西由校教育装备集团有限公司

编 号：0173-2021-AA-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西由校教育装备集团有限公司	企业联系人	吴丞
认证证书编号	ISC-2021-0969AA	证书有效期	2026-03-11
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年03月02日
监督审核员姓名及确认号	郭小红 2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的区域或部门	办公室/财务、质检部、车间

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021年2月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年1月6日组织了公司测量管理体系,内审分1个组,对公司4个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于2022年1月10日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年2月25日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理邱耀主持,由管理者代表吴丞汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:该企业申请的测量管理体系认证级别为AA,因此GB/T 19022-2003 标准条款7.2、8.3.2 不适用。

a) 计量要求的导出和验证:查紧固件外径尺寸测量,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查紧固件外径尺寸测量不确定度评定,评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 测量设备的溯源:公司没有建立最高标准,企业测量设备均外送、东华计量测试研究院检定/校准。抽查4台测量设备检定/校准证书,溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

该企业主要耗能为电,每月供电部门抄表来计算用电量,企业2021年用水是采用企业开采



的水井，用电 316918 千瓦时。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：在生技部审核时，发现编号为 00722021 直角尺没有进行校准。不符合认证审核准则条款 GB/T-19022-2003 中 7.1.1 要求，为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，编号为 00722021 直角尺立即停用。2021.3.15 经东华计量测试研究校准，企业并对该直角尺进行计量确认，满足要求。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

5.2 本年度监督审核未开不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 2022 年 2 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每年统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

10.1、建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。

10.2、建议企业加强测量管理体系文件的学习，提升 GB/T19022-2003 标准的理解和应用。

10.3、加强测量设备的管理，测量设备按时送校。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 03 月 02 日，对江西由校教育装备集团有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量相关人员能力受控。综上所述，审核组认为江西由校教育装备集团有限公司测量管理体系，符合 GB/T19022-2003 标准(除 7.2、8.3.2 条款外)的要求，对体系运行具有持续的有效性、



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长 (签字): 

日期: 2022 年 3 月 2 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022 年 3 月 11 日