



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：成都千嘉科技股份有限公司

编 号：0063-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0063-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	成都千嘉科技股份有限公司	企业联系人	刘玉珍
认证证书编号	ISC-2020-0728	证书有效期	2025-06-03 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年03月17日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 胡琳2019-M1MMS-1274448 程万荣2019-M1MMS-1274452	监督审核涉及的 区域或部门	品质保证部、人力资源部、物联网技术研究院、工程客服管理部、生产部、物流部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021 年 03 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 1 月 17-1 月 18 日组织了公司测量管理体系内部审核, 内审分 2 个组, 对公司 8 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 1 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 1 月 28 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理雷新民主持, 由管理者代表刘蓉汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 没有新增关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查水表(基表)压力密封试验测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查水表(基表)压力密封试验测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查水表(基表)压力密封试验测量过程, 采用比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查水表(基表)压力密封试验测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。



e) 测量过程的监视: 查水表(基表)压力密封试验测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 公司没有建立最高计量标准, 企业测量设备均外送中国测试技术研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

该企业主要耗能为电、水, 每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量, 企业 2021 年消耗标煤 304.35 吨标准煤。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年一至四季度质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构发生变化。企业的名称和组织机构的部门名称发生了变更(见审核资料 A 营业执照 2022 和 B 组织结构图 2022)。

企业的名称由原来的成都千嘉科技有限公司, 变更为成都千嘉科技股份有限公司。测量管理手册 2022 年 1 月 11 日进行换版, 现行版本 A.1。产品没有发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 3 月 17 日, 对成都千嘉科技股份有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量




记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为成都千嘉科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为进一步提高企业的产品质量，建议企业加强关键测量过程的识别，在原材料进厂检验、生产过程控制、工艺评审、产品出厂检验等环节有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）：

日期：2022.3.17

审核组成员（签字）：

日期：2022.3.17

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.3.21

