



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 泰州建源仪表有限公司

编 号： 0115-2021-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	泰州建源仪表有限公司	企业联系人	陆雁飞
认证证书编号	ISC-2021-0966	证书有效期	2026-03-11
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年03月14日-15日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、品质部 技术部、生产部 供销部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

一年内, 公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核情况: 企业每年进行一次内审, 于 2021 年 12 月 15 日组织了公司测量体系内审工作分两组, 对公司六个部门及生产车间进行了全要素的审核, 测量管理体系发现一个不符合项, 按照要求进行了整改, 已关闭。

2.2 管理评审情况: 2021 年 12 月 26 日进行了管理评审, 会议由企业总经理孙建东主持, 根据管理评审内容的要求, 管代陆雁飞及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况, 肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位, 整个测量管理体系实施运行的过程处于受控, 有效和适宜, 形成测量体系管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 企业一年来新增了产品, 但未有新增重要测量过程。检查了重要测量过程: 水表的密封性试验、水表示值误差检定过程, 测量过程识别正确, 配备的测量设备 (水表耐压试验台、水表检定装置) 均经有资质的校准机构校准, 并进行了计量验证, 计量验证满足要求, 验证方法正确。抽查了其中--水表示值误差检定过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查水表示值误差检定过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查水表示值误差检定过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查水表示值误差检定过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



- d) 测量过程的控制：查水表示值误差检定过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查水表示值误差检定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业已建立了一个计量标准“冷水水表检定装置”，代码 12317100，发证日期 2021 年 4 月 7 日，有效期至 2026 年 4 月 6 日，此计量标准主要的用于企业产品的成品出厂检定。企业的测量设备全部委外检定校准，抽查了 8 份检定校准证书，检定校准单位为泰州市计量测试院，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为水、电，2021 年 1 月-2021 年 12 月能耗为 0.211tce，企业不是重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

检查生产部现场在用的 FLUKE 的数字万用表 CAT III，编号：34553196WS，未列入《测量设备台帐》管理，且未检定、校准，不满足标准 6.3.1 条款的要求。

企业采取了纠正措施：提供了《测量设备台帐》已将以上数字万用表列入管控，并进行了量值溯源，提供了校准证书，校准日期 2022.3.2，有效期至 2023.3.1，由社会法定计量检定校准机构：泰州市计量测试院进行校准，满足要求。

上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 JY/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每年及每季度统计一次，查 2021 年 JY/CL-5.3-01《计量工作质量目标完成统计表》已由品质部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的生产地址发生了变更：变更为：泰州市高港区刁铺街道民营工业园 N4 号；

企业的产品认证范围进行了扩项：新增了：“NB-IoT”物联网远传水表、超声远传水表、旋翼式湿式水表。



扩项的产品取得了“计量器具型式批准证书”证书编号: 2020FM0003-32, 发证日期 2021 年 3 月 19。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 03 月 14 日-15 日对泰州建源仪表有限公司监督审核, 验证了公司在去年审核以来的一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 企业无新增重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 水表示值误差检定过程, 测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为泰州建源仪表有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长 (签字):

吴素平

日期: 2022.03.15

审核组成员 (签字):

吴素平

日期: 2022.03.15

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.03.25