



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：安徽星空图信息科技有限公司

编 号：0052-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0052-2020-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	安徽星空图信息科技有限公司	企业联系人	郭涛
认证证书编号	ISC-2020-0680	证书有效期	2025-04-02 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年03月24日至3月25日上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、综合部、技术部、销售部

### 二、监督审核内容:

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021年3月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业经营范围、组织机构无变更。测绘服务项目无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。经营地址变更见第8条。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况：公司于2022年1月15日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于1月17日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年1月18日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理方张伟主持，管理者代表郭涛汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2方面的问题落实了整改部门。

#### 3. 为持续改进而策划的活动的进展:

企业本年度无新增关键测量过程，对识别的原有关键测量过程进行了持续的控制：

- a) 计量要求的导出和验证：查《一级及以下导线水平角度测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《一级及以下导线水平角度测量过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定报告》
- c) 有效性确认：查《一级及以下导线水平角度测量过程》，采用测量重复性进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查《一级及以下导线水平角度测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查《一级及以下导线水平角度测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省测绘仪器计量检定站等机构检定/校准，校准/检定证书由综合部保存。抽查 5 台测量设备检定/校准证书，溯源性基本满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要用能为电和水，配备 1.0 级三相四线电能表 2 块，2.5 级水表 1 块。企业的电表、水表由当地供电、供水部门统一检定并管理，满足 GB17167 标准的要求。2021 年 1-12 月用电 10483 度、用水 100 吨，共折合标煤 1.29 吨标煤。不是重点耗能单位。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核未开具不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有无顾客的投诉。企业也没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉。或重大质量事故发生。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 3 月至 2022 年 2 月质量目标完成情况检查表，每月按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业经营地址变更，企业营业执照已按新地址进行了变更。变更后地址为：安徽省黄山市徽州区文峰路 52 号 2 幢（附房产证），相关申请资料见认证信息变更申请书及认证信息确认表。企业经营范围、组织机构无变更。测绘服务项目无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

#### 10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现一个次要不符合项：



查综合部：出厂编号 VFNF11711097, 型号：A12 BX 的 1 台 GPS 接收机，校准日期：2020 年 5 月 20 日，已超期，未送检。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。属于次要不符合。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 3 月 24 日-25 日上午，对安徽星空图信息科技有限公司远程监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程连续受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为安徽星空图信息科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

