



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏德高物联技术有限公司

编 号：0016-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0016-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏德高物联技术有限公司	企业联系人	陈淑华
认证证书编号	ISC-2018-0218	证书有效期	2023-02-01
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2022年03月30日-31上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、生产部、销售部 技术部、行政人事部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021 年 3 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。经营地址和法人发生了变化, 原企业地址:江苏省南通市新胜路 158 号迈普科技园 3 号楼北一楼, 更改为:江苏省南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一楼; 原法定代表人赵增明, 更改为:魏东林, 组织机构未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 12 月 20 日, 组织了公司测量管理体系内部审核, 内审分 2 个组, 对公司 5 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 12 月 22 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 12 月 28 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由公司总经理主持, 由管代汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 对公司测量管理体系目前存在的 3 方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 未增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查电磁线圈接地电阻检测过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查电磁线圈接地电阻检测过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查电磁线圈接地电阻检测过程, 采用计量器具进行比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制: 查电磁线圈接地电阻检测过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。

e) 测量过程的监视: 查电磁线圈接地电阻检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高标准器, 测量设备送江苏省计量科学研究院、南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司检定/校准, 抽查 8 份测量设备, 证书信息满足要求, 量值溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

该企业规模小型不是能耗大户, 2021 年全年能耗: 0.80 万吨标准煤, 建立能源计量器具台账; 能源计量的部分活动已纳入体系管理, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 查综合管理部, 2020 年 12 月 19 日公司进行了内审, 但内审员未经培训, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条。企业对不符合组织了纠正, 1. 对内审员进行了频率; 2. 加强对人员的培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

2021 年 12 月 14 日营业执照发生了变更, 经营地址和法人发生了变化, 原企业地址: 江苏省南通市新胜路 158 号迈普科技园 3 号楼北一楼, 更改为: 江苏省南通市新胜路 158 号迈普科技园 6 号楼一楼; 原法定代表人赵增明, 更改为: 魏东林, 组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传及招标。

11. 本次监督审核未出具一般不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 3 月 30 日-31 日上午,对江苏德高物联技术有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作情况,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述,审核组认为江苏德高物联技术有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 李利

日期: 2022.3.31



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.4.15