



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 江苏亨通电力特种导线有限公司

编 号: 0378-2022



认证报告内容

1. 企业名称：江苏亨通电力特种导线有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道 90 号
企业活动范围和场所：苏州市吴江区七都镇亨通大道 90 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 6 (人·日)，现场人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、远程审核）实施日期和地点：
文件审核：2022 年 04 月 23 日上午 至 2022 年 04 月 23 日 下午；
远程审核：2022 年 04 月 24 日 上午至 2022 年 04 月 25 日 下午。
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
韩沁	男	组长	13770537363	审核员	2019-M1MMS-1274271
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001
余慧	女	组员	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	马军	张娟芳	沈健	张营军	吴春兰	徐婷婷	金榕	吴春兰
职 务	管理者代表	质量部	生产管理部	制造部	市场营销部	人资部	技术研发部	商务部 物资管理部 市场营销部

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：架空绞线（包括特种导线）、铝杆、铝合金杆、电缆用各种铝导体及合金导体的设计、制造、销售。



涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理层、质量部、生产管理部、制造部、人资部、采购部、商务部、市场营销部、行政部、技术研发部、物资管控部、设备部。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业架空绞线（包括特种导线）、铝杆、铝合金杆、电缆用各种铝导体及合金导体等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质有变化：因企业地址门牌调整，换发新证。企业注册资本为 44500 万元，2022 年 03 月 10 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业能源消耗主要为电，2021 年消耗约 0.14 万吨标煤，不是重点用能单位。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件没有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2016 年 11 月 1 日制定了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，沿用至今。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、公司于 2021 年 7 月 21~7 月 23 日组织了公司测量管理体系内审，是结合三体系进行的联合内审，内审分 4 个组，对公司 10 个部门进行了全要素的审核，针对测量管理体系未发现不符合项。

12.4.2、企业于 2021 年 8 月 18 日开展了四体系管理评审，会议由公司总经理吴松梅主持，管理者代表马军及各部门负责人参加。会议中各部门负责人汇报了体系运行情况，考核指标完成情况、内审情况及整改规划等。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的记录归档整理及对标准理解不全面、不透彻等方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 04 月 24 日到 04 月 25 日利用 2 天的时间根据审核计划先后远程抽样检查了企业 12 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节原材料称重、铝材 Fe 元素含量分析、单线外径测量、



电阻率、浇铸温度等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 197 人，其中专职兼职计量员 8 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 107 个测量过程，原材料称重、铝材 Fe 元素含量分析、单线外径测量、电阻率、浇铸温度等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用统计技术控制，企业共有 855 台件（其中强制检定设备 10 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构校准；实验室环境受控；测量设备标识粘贴正确；采购部负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务的苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 15 条测量管理体系计量目标，目标覆盖了标准 6.3.1、7.1、7.2、8.3.1 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的计量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了 8176 铝杆 Fe 元素含量分析、原材料称重（电子吊秤）测量过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：8176 铝杆 Fe 元素含量分析、原材料称重（电子吊秤）测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了 8176 铝杆 Fe 元素含量分析、原材料称重（电子吊秤）测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了 8176 铝杆 Fe 元素含量分析、原材料称重（电子吊秤）测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：



根据 2022 年 04 月 24 日~04 月 25 日远程审核情况, 审核组认为: 江苏亨通电力特种导线有限公司企业领导重视测量管理体系建立, 质量部作为职能部门, 职能作用发挥较好, 顾客的测量要求都经识别, 测量设备经过检定、校准和验证, 重要测量过程能进行计量要求导出和计量验证, 测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认, 监视方法正确有效, 重要人员能力受控, 体系文件得到有效实施, 重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范, 希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制, 使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为江苏亨通电力特种导线有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1、加强对外来服务的监督;

15.2、加强对文件的规范化管理。

16. 其他需要说明的事项: 无。

17. 审核组组长(签字): 韩心

日期: 2022.04.25

18. 审核组成员(签字): 韩友道

日期: 2022.04.25

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.04.29

