



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：西安洛科电子科技股份有限公司

编 号：0037-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0037-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安洛科电子科技股份有限公司	企业联系人	李希孝
认证证书编号	ISC-2020-0661	证书有效期	2025-03-18
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年04月19日-20日上午
监督审核员姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及的区域或部门	综合管理部、生产技术部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 1 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生；2021 年 06 月 10 日，企业营业执照发生了变更：法定代表人：李希孝 变更为：兰孟平。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 12 月 20 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 2 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 12 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 28 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理兰孟平主持，由管理者代表李希孝汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 EP-Q 高压物性取样器耐压测试过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查 EP-Q 高压物性取样器耐压测试过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查 EP-Q 高压物性取样器耐压测试过程，采用计量器具比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查 EP-Q 高压物性取样器耐压测试过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查 EP-Q 高压物性取样器耐压测试过程，采用计量器具比对法进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立企业标准，测量设备全部送至陕西省计量科学研究院、西安航天计量测试研究所、深圳华科计量检测技术有限公司有资质的机构进行了检定、校准。抽查了 8 台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

2022 年耗能折标准煤 7 吨。该公司不属于重点能耗企业，已经按要求统计公司水电气总能耗，能源计量器具已建台账，纳入测量管理体系管理。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：“在生产技术部检查发现未对深圳华科计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。”企业对不符合组织了纠正，1. 对深圳华科计量检测技术有限公司的资质、授权范围进行了确认；2. 增加溯源机构，对人员进行了培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照 2021 年 06 月 10 日发生了变更：法定代表人：李希孝 变更为：兰孟平；组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

11. 本次监督审核未出具一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 04 月 19 日-20 日上午,对西安洛科电子科技股份有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作情况,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,测量过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述,审核组认为西安洛科电子科技股份有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字):

日期: 2022.4.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)

