



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：安徽明瑞智能科技股份有限公司
编 号：0439-2021-A-2022
审 核 类 型：年度监督审核



编号：0439-2021-A-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽明瑞智能科技股份有限公司	企业联系人	王 巍
认证证书编号	ISC-2021-1029A	证书有效期	2026-05-24
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年05月30日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部 技术研发部、采购部 行政人事部、销售部 生产部、财务部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，远程审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 远程审核中，检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于2022年03月（27-28）日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门进行了A级测量体系相关的标准条款的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 远程审核中，检查了企业提供的管评资料：企业于2022年04月10日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理委托行政人事部主任兼管理者代表宋建祥主持，并汇报了体系运行情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，企业对识别的用于重要测量参数配备的测量设备进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量设备，远程审核中，审核组重点检查了企业的《测量设备台账》和《测量设备计量确认明细表》，对重要的测量设备进行了计量确认，重点检查了耐压值零位校准过程：

a) 计量要求的导出和验证：查耐压值零位校准过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



b) 测量设备的溯源: 公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托滁州市技术检测中心及广东中准检测有限公司检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。抽查 6 份测量设备检定/校准证书, 溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水, 自 2021 年 5 月至 2022 年 4 月, 耗电量 412147kW.h, 耗水量 4346t, 合计为 51.02tce, 不是重点用能单位, 能源管理, 满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查生产部现场使用的钢卷尺: 于 2020 年 8 月 5 日经滁州市技术检测中心检定合格, 检定证书号 EX-2008116, 检定结果 II 级合格。但未列入计量器具台账。不符合 GB/T19022-2003 标准第 6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施: 远程审核中, 检查了企业提供的《计量器具备台帐》, 已将 II 级的钢卷尺列入台帐统一管控, 满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项, 经审核组本次远程审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行远程查验, 确认采取措施有效, 以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

远程审核中: MRZN-CLSC-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致, 有具体指标可测量, 公司总目标已分解至各部门, 并按规定时间要求进行了统计, 查《测量目标实现情况考核表》已由质检部统计考核, 均达标, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业自去年审核以来的一年内, 资质及组织机构无任何变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传以及用于公司产品招投标, 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围、销售合同的审核:



远程审核中, 企业提供了和安徽鸿佑电力建设有限公司签订的购销合同, 合同编号 C3202, 签订日期 2022 年 5 月 11 日, 合同包括; 产品种类、设备验收、质保与售后等内容, 核实了此销售及售后服务合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内, 确认企业对应的产品生产涉及到的测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 关于远程审核情况说明: 这次对企业的测量管理体系的第一次年度监督审核工作, 采取的是远程的审核方式, 并对首次会议、工作场所进行了不少于 1 分钟的手机录相视频, 远程审核过程中采取微信传送资料、记录的方式, 已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 05 月 30 日对安徽明瑞智能科技股份有限公司的远程监督审核, 验证了公司在去年审核以来的一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 检查了企业的测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等, 各项工作管理规范。综上所述, 审核组认为安徽明瑞智能科技股份有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准 (除 7.2、7.3.1、8.2.4、8.3.2 条款) 要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长 (签字): 吴素平

审核组成员 (签字): 吴素平

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.05.30

日期: 2022.05.30

日期: 2022.06.06