



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：常州常工电子科技股份有限公司

编 号：0038-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	常州常工电子科技股份有限公司	企业联系人	栾国庆
认证证书编号	ISC-2020-0685	证书有效期	2025-04-09 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年06月10日 -11日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及 的区域或部门	管理部、技质部、生产部、 采购部、销售部、研发部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

自去年监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行稳定、适宜和有效，符合体系要求。公司稳步发展，产品质量稳定，能够持续满足顾客的测量要求。企业生产制造的产品和能耗监测管理系统、供水管网渗漏检测系统应用软件开发，信息系统集成等产品无变化，均按体系要求在有效控制管理。

1.2 一年来体系运行稳步提升，测量设备、计量器具管理得到加强。根据企业发展不断推进体系运行，及时关注顾客、组织和标准要求，结合公司的发展关注顾客对产品测量要求变化，继续完善测量有效性进行持续监控，对产品质量控制发挥作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 11 月 15 日 组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审，内审分 1 个组，编制内审通知和计划、内审检查表、组织了对公司管理、技质、采购等 6 个职能部门和生产现场进行了全要素审核。开出 1 项不符合，编制了内审报告，对不符合项进行了整改，11 月 18 日完成了整改的验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 1 日开展了测量管理单体系管理评审，会议由公司朱尚嵩主持，相关部门就体系运行情况，目标完成情况和内审情况分别进行汇报了。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的提升计量器具管理规范性，落实责任及公司人员能力要与市场和公司发展相适应的方面提出了改进方向。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度没新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证: 查单相电能表检验误差测量计量测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查单相电能表检验误差测量计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查单相电能表检验误差测量计量测量过程, 采用相同条件下多次测量进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查单相电能表检验误差测量计量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查单相电能表检验误差测量计量测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录控制图》
- f) 测量设备的溯源: 公司未计量最高标准, 企业测量设备均委托江苏省计量科学研究院、常州检验检测标准认证研究院检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业 2021 年耗能 30.9 吨标准煤。不是重点耗能单位, 企业, 能源测量设备配备率满足要求。对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业在本监督审核年度之内未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 5 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、部门分解进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

体现在企业形象和广告宣传和促进产品质量提升方面。在企业参与市场竞争, 与同行对比、产品招投标、申报项目评选上起到了促进作用。

标志的使用, 符合相关规定。

10. 本次监督审核本共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

现场审核发现: 其中编号 CG-QD-14 绝缘电阻测试仪未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的规定。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 6 月 10 日-11 日, 对常州常工电子科技股份有限公司监督审核, 验证了公司在去



年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，本年度没有新增测量过程，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述，审核组认为常州常工电子科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

