测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
监督审核报告

认 证 企 业：江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司

编　　号：0215-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0215-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司	企业联系人	李自谦
认证证书编号	ISC-2021-0987	证书有效期	2026-04-05 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年06月15日
监督审核员姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225 袁 菊 2021-M1MMS-2274447 韩友道 ISC-JSZJ-001	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、人力资源部、研发部、工艺部、营销部、采购部、生产部

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业加强了对测量设备、器具的日常管理，并关注对员工的专业化培训,测量过程重新梳理补充并进行监控，能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广特别是在电网招投标中等起到重要作用。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 11 月 30 日组织了公司测量管理体系，组建内审组，按规定编制审核计划和检查表，对公司技术、质检、生产、采购、营销等各职能部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 12 月 1 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理戴诚主持，由管理者代表汇报了体系运行和目标实现情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的随公司发展，专业计量人员配备不足，针对员工岗位变动及时专业培训要落实到位，加强现场工艺规范执行检查等方面的问题落实了整改部门。并提出由管理者代表负责组织验证。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本审核年度没有新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查单相电能表准确度出厂检验测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查单相电能表准确度出厂检验测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查单相电能表准确度出厂检验测量过程，采用不同操作人员对同一较稳定的电能表进行检测，计算 En 值进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查单相电能表准确度出厂检验测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查单相电能表准确度出厂检验测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备委托江苏省计量科学研究院、深圳市华测计量技术有限公司等检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业 2021 年耗能约 257 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业总电表由供电公司配备安装，进行结算。能源计量表计准确度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：生产部 SMT 车间内贴片机的炉温控制要求：恒温区：温度(130～160)℃，焊接区：温度＞183℃。该测量过程未识别。不符合_GB/T19022-2003 标准 7.2.2_条款

企业对不符合组织了纠正，1.组织相关人员学习标准和体系文件要求，结合工艺技术要求对测试过程进行梳理，将回流焊炉温测量纳入测量过程进行控制，并制定管控方法，用炉温测试仪对炉温进行监控；2.举一反三排查其他过程，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业该监督审核年度内未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标按部门进行了分解，查 2021 年度质量目标完成情况检查表进行统计，记录内容齐全，每季统计，目标均实现。质量目标管理满足要求。

抽查公司电能表，充电桩产品合同，查看相关技术、检测要求约定，经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足合同产品的生产和检验要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

在企业形象，广告宣传上，促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

10.本次监督审核本共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查见公司计量器具台帐中“三相电能表检定装置”缺少测量范围、最大允许误差（准确度等级）等测量设备的计量特性信息。不符合 GB/T19022-2003 标准第 6.3.1 测量设备管理的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 6 月 15 日，对江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理不断完善和规范，目前没有新增关键过程，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：　　日 期：2022.6.15

审核组成员(签字)　　日 期：2022.6.15

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2022.6.20