



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：安徽恩蔓智能科技有限公司

编 号：0821-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽恩蔓智能科技有限公司	企业联系人	高燕
认证证书编号	ISC-2021-1090	证书有效期	2026-08-19
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年08月13日上午 ~2022年08月13日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、生产部、销售部、采购部、办公室

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

上年度认证审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。对公司一年来重点的工作进行审核：

为有效评价安徽恩蔓智能科技有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年以来的运行情况，抽查了企业测量管理体系内的 5 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

企业规定每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2022 年 5 月 15 日组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共出具了 1 个不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于 6 月 16 日完成了整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：

企业于 2022 年 6 月 30 日开展了单体系管理评审，会议由总经理高燕主持，管理者代表杨和平及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系内外部审核的



结果。内审各项纠正和预防措施的实施状况、计量方针、目标的可行性、内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息,包括现场不合格报告和分析等共 6 项内容。评审结论: 公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位,编制的体系文件符合标准要求且有效运行,测量设备处于良好工作状态,测量过程有效、测量结果准确、可靠,达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的,测量管理体系实施运行的过程处于受控状态,是适宜的、有效的,符合 GB/T19022-2003 标准要求。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

企业本年度无新增关键测量过程,对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a)计量要求的导出和验证:查“LDS80-2.5 三转子流量计密封性试验过程”的计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b)测量不确定评定:查“LDS80-2.5 三转子流量计密封性试验过程”的测量不确定度评定情况,方法正确。详见附 1“测量过程不确定度评定报告”。

c)有效性确认:查“LDS80-2.5 三转子流量计密封性试验过程”的有效性确认情况,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附 3《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制:查“LDS80-2.5 三转子流量计密封性试验过程控制规范”,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,满足要求。

e)测量过程的监视:查“LDS80-2.5 三转子流量计密封性试验过程”的监视记录及控制图,采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》,符合要求。

f)测量设备的溯源:企业未建立最高计量标准,测量设备全部外委到“深圳天溯计量检测股份有限公司”其机构注册号 CNAS L5138)进行校准,抽查的 5 份校准证书均在有效期内,符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况:

企业主要耗能品种为电。查 2021 年全年用电 40534kW·h,共计消耗折标煤 4.982 吨。公司不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况:

企业上年度认证审核时出具了 1 个不符合项:

现场查:编号 2810122 钢直尺,未贴计量确认合格标识。不符合审核准则条款号:GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识。经确认,企业已进行了原因分析,制定并实施了纠正措施,已完成了整改。不合格控制有效,符合要求,不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生;未有违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:



7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 企业制定了 6 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的 5 个部门，内容基本覆盖标准要素。质检部负责统计质量目标完成情况，查《质量目标完成情况统计表》，5 个部门均按时完成了质量目标，符合要求。

7.3 查校准服务《合格供方名录》，入账的合格供方有“深圳天溯计量检测股份有限公司”1 家，查《供方资质及服务评价表》，对其资质、能力及服务质量进行了评价，评价日期为 2022 年 03 月 26 日。查测量设备《合格供方名录》，入账的合格供方有“安徽量具刃具厂”等 5 家，查《供方资质及服务评价表》，对其资质、能力及服务质量进行了评价，评价日期为 2022 年 04 月 20 日。符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的管理者代表变更为杨和平，变更时间为 2021 年 11 月 01 日。企业的产品没有增加。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查质检部，编号为 ZJB-03 的《数字压力变送器校验报告》，无审核人员、批准人员信息。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.2.4a) 测量过程的记录”的要求。

11、对销售及服务的审核

查销售部提供的机电类《买卖合同》1 份，合同编号为 CQYT-WZCGGLB-MM-54302，签订日期 2020 年 12 月 30 日，履行期限从 2020 年 12 月 31 日起至 2022 年 12 月 30 日止。有服务与培训条款。

销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门识别顾客的测量要求，导出顾客的计量要求，安排生产。查该合同相关的《数字压力变送器》检验记录 1 份，检验结论为合格。符合要求。

2021 年全年维修保养服务 12 次。查“设备、设施维保验收确认单”、建设单位为“第九采油厂设备管理科”、设备为型号 LXZ-F80-6.3 的三转子流量计。符合要求。。

三、监督审核结论意见：

通过2022年08月13日上午~2022年08月13日下午对安徽恩蔓智能科技有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记



录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为安徽恩蔓智能科技有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过2022年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强测量管理体系相关人员对体系标准的学习和宣贯以及对计量人员的计量基础知识的学习；
- 3、对测量设备的校准证书进行仔细确认；
- 4、加强对测量过程的控制力度，保证测量数据的准确可靠。

审核组组长（签字）：

刘复荣

日期：2022年08月13日



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022年08月23日