



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：信东仪器仪表(苏州)股份有限公司

编 号：0095-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	信东仪器仪表(苏州)股份有限公司	企业联系人	邓轶
认证证书编号	ISC-2020-0762	证书有效期	2025-07-16 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年08月18日
监督审核员 姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225 秦晓燕 2020-M1MMS-1274349	监督审核涉及 的区域或部门	品质部、生产部、营销中心、物资采购、技术部、综合管理部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021 年监督审核至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

通过体系的运行, 企业加强了对测量设备、器具的日常管理, 测量过程能够监控, 能够持续满足顾客的测量要求。公司流量计的检测较为重视, 2022 年建立了标准表法水流量标准装置的计量标准, 取得考核证书, 为流量计产品标定的规范稳定提供保证。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 2022 年 3 月 30-3 月 31 日组织了公司测量管理体系, 管理者代表亲自参加内审, 编制实施计划和检查表, 对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 4 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 公司于 2022 年 5 月 6 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理李金潮主持, 由管理者代表夏士娟汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 对公司测量管理体系目前存在的专业人员能力问题, 文件规范等 3 方面的问题提出整改要求, 落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 本监督审核年度没有新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查 25 腰轮壳体销孔直径测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查 25 腰轮壳体销孔直径测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件测量不确定度评定。

c) 有效性确认: 查 25 腰轮壳体销孔直径测量过程, 采用计算 En 值计算进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查 25 腰轮壳体销孔直径测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查 25 腰轮壳体销孔直径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司建立 3 项最高标准，企业测量设备均外送苏州市计量测试院、张家港市检验检测中心、江苏省计量科学研究院、江苏华质检测技术有限公司等机构检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 25.5 吨标准煤。不是重点耗能单位。公司有水、电总表各一台，由张家港保税区供电供水部门配置并负责检定控制。未装分表。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：现场查见有产品气密性试验、动平衡测量，但这些测量未列入测量过程。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 7.2.1 条款。

企业对不符合组织整改，采取纠正措施，落实整改，本次审核查见整改资料，验证纠正措施有效，同意关闭。详见不符合整改资料。

6. 对投诉的处理情况：

在本监督审核年度内未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标实现情况进行了统计，查 2022 年 1 月到 6 月质量目标完成情况结果，目标已达到，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业形象，广告宣传上，在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。对内促进产品质量提升。

标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核发现 1 个一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

10.1 现场编号为 YA07036292 的压力表提供不出校准证书。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 标准 7.3.2 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：


通过 2022 年 8 月 18 日，对信东仪器仪表(苏州)股份有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为信东仪器仪表(苏州)股份有



限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

日期：2022.8.18

审核组成员（签字）：

日期：2022.8.18

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.8.26

