



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：咸阳天力商品混凝土有限公司

编 号：0158-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	咸阳天力商品混凝土有限公司	企业联系人	王娟
认证证书编号	ISC-2020-0780	证书有效期	2025-08-20
监督审核次数	第二监督审核	本次监督时间	2022年09月05日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792 胡民安 2021-M1MMS-1281799	监督审核涉及 的区域或部门	行政部、实验室、安 环部、供应部、经营 部、生产部。

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年8月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年5月6日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月6日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年5月9日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王艳茹主持，由管理者代表刘亚军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增X个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查胶砂配合比称重测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查胶砂配合比称重测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查胶砂配合比称重测量过程，采用计量进行比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查胶砂配合比称重测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。



e) 测量过程的监视：查胶砂配合比称重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。

详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备全部送至西安计量技术研究院、江苏世通仪器检测服务有限公司、陕西巨鑫检验检测有限公司检定、校准，抽查 8 台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 2628.6 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：审核生产部发现，编号 001 的 SCS-60 型电子汽车衡（量程 60t 2021 年 7 月 22 日经西安计量技术研究院检定）用于大宗物料检测，采用比对的方法实施监视，但不能提供对该检测过程的监视记录。

企业对不符合组织了纠正，1. 建立了监视制定完善了监视记录；2. 对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 8 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未出具一般不符合，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11. 产品的销售情况：



抽查：合同编号 NQ-SJDDXM-20220621-009，签订时间 2022 年 6 月 21 日与陕西秦道建设工程有限公司签订预拌混凝土的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 9 月 5 日,对咸阳天力商品混凝土有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为咸阳天力商品混凝土有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 

日期: 2022.9.5

审核组成员(签字): 

日期: 2022.9.5

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.9.12

