



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：思凡(上海)石油设备有限公司

编 号：0508-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告（远程）

一、基本情况

企业名称	思凡(上海)石油设备有限公司	企业联系人	李荣
认证证书编号	ISC-2021-1046	证书有效期	2026年7月1日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年08月26日全天
监督审核员 姓名及确认号	焦秀伟 2020-M1MMS-1274854 ISC[S]0204	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/质量部/生技部 (生产车间)/销售部/行政部

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年来，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照、企业测量管理体系认证范围无变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查8份，收回8份，顾客满意度为97.5%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了11个测量过程，其中包括“SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量”等3个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年1月10日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司领导层及4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于1月11日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年1月14日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陈昊主持，管理者代表石苏伟汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。



3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,无新增关键测量过程:

- a)计量要求的导出和验证:查 SF-3000 氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b)测量不确定评定:查 SF-3000 氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c)有效性确认:查 SF-3000 氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量过程,用游标卡尺对 SF-3000 氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸的检测过程的有效性进行确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d)测量过程的控制:查 SF-3000 氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量过程,编制了控制规范,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,满足要求。
- e)测量过程的监视:查 SF-3000 氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量过程,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f)测量设备的溯源:公司未建立最高标准,企业测量设备送深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准。抽查 4 台测量设备检定/校准证书,溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况:

企业这一年度耗能 1.48 吨标准煤。不是重点耗能单位,电能表均由当地供电部门统一管理,能源测量设备配备率满足要求,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足 GB17167 要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审出具 1 项不符合项:质量部提供的编号为 SF-002《测量设备台帐》,没有对测量设备进行 ABC 分类管理。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准中 6.3.1 测量设备的管理要求。已在现场审核中整改完成,满足标准要求,不符合项关闭。本次审核出具不符合项一项,未发现严重不符合情况:抽查质量部提供的 SF-5015 液位报警仪检验报告,检验项目:最小测量距离、绝缘要求等,没有标注测量设备要素。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款的规定要求。

6.对投诉的处理情况:

企业这一年度未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

企业制定了 5 项质量目标。查《2022 年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对这一年度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。对企业组织任何变更的审核

8.企业营业执照和组织机构未发生变化。

企业营业执照、企业测量管理体系认证范围无变化。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

10.产品的销售及维修:

抽查公司工业品买卖合同（电导率传感器、超声波体积传感器、密度传感器），合同编号：2022SHSF-0309001，签订日期：2022 年 3 月 9 日，顾客单位：陕西孚瑞特石油科技有限公司；公司技术服务合同，合同编号：CFB_TG_TI_2021_003，签订日期：2021 年 8 月 3 日，顾客单位：中法渤海地质服务有限公司，公司对应的产品生产过程及服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备的配备可满足该合同生产和检验要求。

11.关于远程审核情况说明:

11.1 实施远程审核的概况：本次审核采用的是远程审核方式，审核过程采用微信群和视频等方式传递信息，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

11.2 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 8 月 26 日，利用 1 天的时间，对思凡(上海)石油设备有限公司远程监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作有效运行。综上所述，审核组认为思凡(上海)石油设备有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过此次监督审核。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

审核组组长 (签字): 焦彦伟

日期: 2022.8.26

审核组成员 (签字): 焦彦伟

日期: 2022.8.26

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.9.12

