



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：北京瑞拓江南自控设备有限公司

编 号：0189-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京瑞拓江南自控设备有限公司	企业联系人	李国新
认证证书编号	ISC-2020-0823	证书有效期	2025-11-02 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年09月28日8:30-29日12:00
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及的区域或部门	质保部、行政部、开发部、生产部(生产车间)、采购部、销售部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 8 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、虽然受疫情影响，2021 年营业总收入也保持 2981 万元水平。

1.3 企业在 2022 年 3 月，获得北京经济和信息化局颁发的《“专精特新”中小企业》荣誉称号；企业在 2022 年 7 月，获得仪器仪表用户杂志编辑部颁发的《石油和化工用户可信赖控制阀品牌》、《石油和化工用户可信赖执行机构品牌》荣誉称号。

截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2022 年 6 月 27-28 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表李国新组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。审核中发现一个不符合项，质保部及时制定了纠正措施进行整改。6 月 30 日完成整



改工作，不符合项已关闭。

2.2、管理评审情况：

企业于 2022 年 7 月 18 日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理张亦驰主持，由管理者代表李国新汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，进一步补充完善等问题，落实了相关责任部门。制定了相应的整改措施和计划，提高公司整体检测和管理能力。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程《Mn 含量成分检测测量过程》进行了持续的控制。企业本年度没有新增关键测量过程。

- a)、计量要求的导出和验证：查《Mn 含量成分检测测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《Mn 含量成分检测测量过程计量要求导出及验证记录表》；
- b)、测量不确定评定：查阅 Mn 含量成分检测测量不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《Mn 含量成分检测测量确定度评定报告》；
- c)、有效性确认：查《Mn 含量成分检测测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《Mn 含量成分检测测量过程有效性确认记录》；
- d)、测量过程的控制：查《Mn 含量成分检测测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；
- e)、测量过程的监视：查《Mn 含量成分检测测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《Mn 含量成分检测测量过程监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用测量设备均外送检到：“天津中恒检测技术有限公司（CNAS L12902）、中测国信（北京）计量检测技术有限公司（CNAS L9037）”等机构进行检定/校准。设备检定/校准结果合格，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。企业量值溯源符合标准要求，量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电、水。企业 2021 年度，电耗 838100 千瓦时、水耗 6005 吨。电耗折 103 吨标煤、水耗折合 0.52 吨标煤。2021 年总能耗折合 103.52 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能设备应配备 3 台件，实际配备 3 台件，配备率满足要求；现场抽查测量设备配备率满足要求，经过检定/校准，



测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司 2021 年监督审核没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

规定了公司的计量方针 4 项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。抽查“2021 年度企业测量管理体系相关的质量目标完成情况统计”，完成情况符合标准要求。抽查《2022 年 1—5 月质量目标完成情况统计》，制定的 4 项质量目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。符合质量目标分解要求。

8 对企业组织任何变更的审核：

本年度，企业营业执照和组织机构未发生变化。

9 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：（1）、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；（2）、用于企业产品招投标加分。

10、本年度监督审核，没有提出不符合项。

11、产品的销售：

抽查企业与利都（天津）科技发展有限公司签订的《气动高温四偏心蝶阀销售合同》。签订时间 2022 年 1 月 6 日，合同编号 220110006。合同内容：对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述。合同内也对销售产品的质量保修及售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 9 月 28 日-29 日，对北京瑞拓江南自控设备有限公司的监督审核，验证了公司在过去的一年内测量管理体系运作情况。公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范；过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为北京瑞拓江南自控设备有限公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组组长（签字）：

郭丽修

日期：2022、9、29

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.10.12

