



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：佛山市华博润材料科技有限公司

编 号：0755-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	佛山市华博润材料科技有限公司	企业联系人	李玉洁
认证证书编号	ISC-2021-1085	证书有效期	2026年8月9日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年10月14日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 秦弘力2022-M1MMS-2274679	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表, 品管部、生产部、行 政人事部、销售部、 采购部

### 二、监督审核内容:

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021年9月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年8月18日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司6个部门进行了全要素的审核,没有开出不符合项。

2.2 管理评审情况:企业于2022年8月24日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理梁植辉主持,由管理者代表陆翠华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的计量知识薄弱,测量设备管理不到位等问题责成行政人事部、品管部抓紧落实改进。

#### 3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证:查产品硬度测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查产品硬度测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查产品硬度测量过程,采用测量过程实际不确定度与测量过程要求的不确定度比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查产品硬度测量过程,编制了控制规范,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,满足要求。



e) 测量过程的监视: 查产品硬度测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 企业测量设备送广州高铁计量检测股份有限公司、深圳市汇科计量检测技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况:

企业 2022 年上半年耗能 245.3 吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表, 由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1 查 2021 年外审开出了一项不符合项报告 (编号 20210722): 未能提供广州高铁计量检测股份有限公司的外部供方评价记录。不符合认证审核准则条款号: 6.4 外部供方。企业对不符合组织了纠正: 对该供应商进行年度评价, 并检查其他供应商是否进行年度评价。避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

5.2 本次监督审核共开出 1 项不符合 (不符合报告编号: 20221014): 未能提供 2022 年上半年测量管理体系监视记录。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 8.2.4 测量管理体系的监视。

#### 6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况进行统计, 质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

### 三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 10 月 14 日, 对佛山市华博润材料科技有限公司监督审核, 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软



件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合要求。综上所述，审核组认为佛山市华博润材料科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长 (签字):

日期: 2022 年 10 月 14 日

审核组成员 (签字):

日期: 2022 年 10 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022 年 10 月 19 日