



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：重庆兴宝兴玻璃制品有限公司

编 号：0100-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0100-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	重庆兴宝兴玻璃制品有限公司	企业联系人	罗明霞
认证证书编号	ISC-2019-0525	证书有效期	2024-10-31 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年11月01日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 程万荣 2022-M1MMS-2274452 胡 琳 2019-M1MMS-1274448	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、综合部 质检部、生技部、营 销部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 9 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、2021 年，虽然受疫情影响，总收入保持在 1.25 亿元水平。

1.2、截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面，未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

企业于 2022 年 8 月 26 日，综合部牵头，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表汪雪梅参与审核。内审工作分别对公司 4 个部门进行了全要素的审核。审核中发现一个不符合项，8 月 29 日前完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

2.2 管理评审情况：

企业于 2022 年 9 月 5 日，开展了体系管理评审。会议公司总经理刘德燕参加会议，由管理者代表汪雪梅汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展——企业对已识别的关键测量过程《酒瓶瓶口外径测量过



程》，进行了持续的控制。本年度没有新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《酒瓶瓶口外径测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《酒瓶瓶口外径测量过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《酒瓶瓶口外径测量过程》，采用对比法进行有效性确认，满足要求。详见附件《《酒瓶瓶口外径测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《酒瓶瓶口外径测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查《酒瓶瓶口外径测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司（未）建最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托重庆市计量质量检测研究院第二分院、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

2021 年企业消耗能源主要有：天然气 9905366 m³、用电 4201830 kW/h、用水 30072t。合计折合 1.2195（万吨标准煤），企业是重点耗能单位。综合部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位能源计量器具应配 3 台（件），实配 3 台（件）；进出主要次级用能单位能源计量器具应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要用能设备（单元），应配能源计量器具 167 台（件），实配 167 台（件）。能源计量设备配备率满足要求。查进出用能单位配备的编号为 54792 的电表，经重庆市供电公司检定，精度 0.5S 级；查进出次级用能单位编号为 33213 燃气表，精度 1.5 级；查重点耗能设备编号为 70090 的电表，精度 2.0 级。能源计量设备配备精度等级满足要求。能源计量设备按周期进行检定，检定结果均合格。企业能源计量数据，每月由综合部统计，对重要的能源计量数据，能定期进行监视核查。企业能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年测量管理体系监督审核开具 1 个不符合项。企业对此项不符合，制定了预防纠正措施，并组织了纠正，避免相同问题重复发生。经本次监督审核验证，该不符合项纠正



措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

截止审核期间，企业未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

规定了公司的质量目标 8 项，质量目标与计量方针一致，基本覆盖标准要素。抽查《2022 年 1-9 月质量目标完成情况统计》，制定的 8 项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。企业营业执照和组织机构未发生变化。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- （1）用于工程招投标加分；
- （2）用于开发国内、外市场和企业形象广告宣传。

9、产品销售：

抽查贵州茅台小酒杯产品的销售合同，合同编号：20220616001，签订时间 2022 年 06 月 16 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

10 、本次审核没有不符合项。

11、其他需要说明的事项：

审核前，已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，远程审核计划顺利完成。本次远程审核，已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了重庆兴宝兴玻璃制品有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论。无需再开展补充现场验证。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 11 月 1 日，对重庆兴宝兴玻璃制品有限公司远程监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量 iang 设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为重庆兴宝兴玻璃制品有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

耿丽修

日期：2022 年 11 月 01 日

审核组成员（签字）：

程万荣 胡琳

日期：2022 年 11 月 01 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 11 月 10 日

