



测量设备溯源抽查表

编号: 0171-2020-2021

企业名称	上海科泽智慧环境科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
仓管部	泄漏电流测量仪	X00360	PA30	电压: $U_{rel}=0.9\%$ ($k=2$) 电流: $U_{rel}=1.1\%$ ($k=2$)	数字多用表 ACI MPE: $\pm 0.75\%$ DCI MPE: $\pm 0.25\%$ ACU MPE: $\pm 0.4\%$ DCU MPE: $\pm 0.1\%$	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2021.05.07	√
仓管部	电子天平	C016301461	C016301461/0.0001g	①级	天平检定装置 E_2 : MPE: $\pm (0.006 \sim 30)$ mg	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2021.05.07	√
仓管部	耐电压测试仪	N14944	ZHZ8A	5 级	耐电压测试仪检定装置 交流电压 MPE: $\pm 1.0\%$ 直流电压 MPE: $\pm 0.5\%$ 交流电流 MPE: $\pm 0.75\%$ 直流电流 MPE: $\pm 0.25\%$ 时间: (日差) MPE: $\pm 0.5s$	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2021.05.07	√
仓管部	接地电阻测试仪	J12646	PC39A	$U_{rel}=1.3\%$ ($k=2$)	数字多用表 ACI MPE: $\pm 0.4\%$ DCI MPE: $\pm 0.1\%$ 大功率低值电阻器 1 级	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2021.05.07	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由仓管部负责溯源。公司测量设备全部委托“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心(计量检定机构授权证书号: (国) 法计(2017) 01019 号/01039 号、机构注册号: CNAS L0314)”进行检定校准, 检定校准证书由仓管部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 8 日上午—2021 年 11 月 9 日上午

审核员签字:

部门代表签字: