



测量设备溯源抽查表

编号: 0224-2020-2021

企业名称	玫德集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	量块	110112	(10-291.8)mm	4 等	三等量块标准装置	山东省计量科学研究院	2021.7.28	√
质量管理部	三坐标测量仪	DI-1642-40-650	MHB121812	$U=(0.3+2 \times 10^{-3}L) \mu m$ $K=2$	3 等标准量块	山东中准检测技术有限公司	2021.10.08	√
质量管理部	数显布氏硬度计	0015	210HBS-3000	$U_{ref}=0.4\%-1.1\%$ $K=2$	标准布氏硬度块	山东中准检测技术有限公司	2021.10.08	√
质量管理部	电子天平	200588	YP20002	III级	电子天平检定装置	平阴县计量检定所	2021.9.2	√
质量管理部	游标卡尺	7138	(0-200 mm)	$\pm 0.02 \text{ mm}$	4 等量块	自检	2021.8.6	√
质量管理部	智能液压型砂强度机	QD01	SWY-S	0.5 级	标准测力仪 0.1 级	辽宁东测检测技术有限公司	2020.12.7	√
质量管理部	金相显微镜	40000961	MR5000	$U=3 \mu m, K=2$ $U=(0.5+L/200) \mu m, K=2$	十字分划目镜、玻璃线纹尺	山东中准检测技术有限公司	2021.10.8	√
质量管理部	压力表	23050116	(0-25) MPa	0.25 级	0.05 级数字压力计装置	平阴县计量检定所	2021.5.9	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已建立了测微量具、卡尺量具检定装置 2 套计量标准, 在本企业开展计量检定。其他测量设备, 全部送至山东省计量科学研究院, 辽宁东测检测技术有限公司、山东中准检测技术有限公司、平阴县计量检定所等机构检定、校准。抽查 8 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。

审核日期: 2021 年 11 月 3 日 -4 日

审核员签字: 刘琳

部门代表签字:

王军

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。