



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	碳含量成分分析测量		企业部门		制造部	
被测参数 要求	参数 M	(3±0.1)%	导出计量要求		最大允许误差	0.067%
	公差 T	T=0.2%			允许不确定度	
	其他要求				其他要求	
测量过程要素控制状况						
过程要素		计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称		测量范围	测量不确定度	测量误差	其他特性	满足
1.		(3±0.1)%		0.0024%(C)		
测量过程控制规范编号		MDJT/ GK-02				满足
测量方法编号		MKQ-0201				满足
环境条件		符合要求				满足
操作人员姓名		陈琳琳				满足
测量不确定度评定方法		碳含量成分分析不确定度评定				满足
有效性确认方法		碳含量成分分析测量过程有效性确认记录				满足
测量过程监视方法、 监视记录		碳含量成分分析监视记录				满足
控制图绘制(如果有)		碳含量成分分析控制图绘制				满足
综合评价	审核记录: 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如, 测量设备、 测量方法、 环境条件、 人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4. 测量过程有效性确认方法正确, 满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内, 测量过程控制图绘制方法(如果有)正确.. 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2021 年 11 月 04 日

审核员: 耿丽修

企业部门代表: 高青