



编号: 1131-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	宁波弘讯科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
管理部	耐震压力表	HY18615	(0~1.6)MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	苏州朗博校准检测有限公司	2021.8.31	√
管理部	耐震压力表	62692	(0~1.6)MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	苏州朗博校准检测有限公司	2021.8.31	√
品保部	台式万用表	MY5719279 3/QG94	34450A	$U_{rel}=0.5\%$ $k=2$	多功能校准仪 DCV: $U=0.05mV\sim0.11V$ $k=2$	中计计量检测有限公司	2021.7.12	√
品保部	重锤式表面电阻测试仪	R10486/QA R03	ACL800	电阻 $U_{rel}=0.3\%$ $k=2$ 电流: $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	直流电阻箱 RT200 电流 $U_{rel}=(0.01\sim0.03\%)$ $k=2$; 电阻: $U_{rel}=(0.01\sim0.03\%)$ $k=2$;	方圆检测认证有限公司	2021.7.12	√
品保部	光滑环规	QBI01	$\phi 82.5490m$ m	$U=1.0\mu m$ $k=2$	卧式测长仪 $U=0.2\mu m+3\times 10^{-6}L$ $k=2$	中计计量检测有限公司	2021.7.12	√
品保部	扭矩测试仪	623104/QU 02	HP-100	$U_{rel}=0.8\%$ $k=2$	扭矩扳子检定仪 1.0 级	方圆检测认证有限公司	2021.7.12	√
品保部	外径千分尺	N335/QA01	(0~25) mm	$U=2. \mu m$ $k=2$	量块 69821 4 等	中计计量检测有限公司	2021.7.12	√
品保部	内径千分尺	QA18	(50~600) mm	$U=3.0\mu m$ $k=2$	卧式测长仪 $U=0.2\mu m+3\times 10^{-6}L$ $k=2$	中计计量检测有限公司	2021.7.12	√
品保部	漆膜测厚仪	220011909/ QBA01	LS220	$U=1.0\mu m$ $k=2$	标准片 6# 厚度 $\leq 50\mu m$, $U=0.4\mu m$ $k=2$	中计计量检测有限公司	2021.7.12	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由品保部/管理部分别负责溯源和保存。公司测量设备均全部委托方圆检测认证有限公司、中计计量检测有限公司、苏州朗博校准检测有限公司等机构校准。根据抽查情况,该公司的校准情况基本符合溯源性要求,但在现场审核时,未提供在检验室的编号为 QAJ07 的数显温湿度计和电子式拉力试验机的校检证据,已出具不符合,见不符合报告 02。

审核日期: 2021 年 11 月 12 日上午~11 月 13 日下午。

审核员签字: 张华

部门代表签字: 简智玲