



编号：1122-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	黑龙江省荣泽石油设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	工作频耐压测试仪	110803247	TE-DMC5	交流电压 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 交流电流 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 时间 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ (k=2)	数字高压表 MPE =0.5% 兆欧表检定装置 MPE =0.2% 数字多用表 DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ADI: $\pm 0.1\%$	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021年09月24日	√
质量部	接地电阻测试仪	2104006	NCJ2678	符合5级	接地导通电阻测量仪检定装置0.5级	南京市计量监督检测院	2021.04.19	√
生产部	耐压测试仪	WH2020121101	KC2672A	交流电压 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 交流电流 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 时间 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ (k=2)	数字高压表 MPE =0.5% 兆欧表检定装置 MPE =0.2% 数字多用表 DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ADI: $\pm 0.1\%$	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021年09月19日	√
生产部	兆欧表	13053086	ZC-7	$U_{rel}=6 \times 10^{-2}$ k=	兆欧检定装置 MPE =0.2% 数字多用表 DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ADI: $\pm 0.1\%$	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021年09月24日	√
生产部	电火花检测仪	DN200194	KODIN-6DJ	交流电压 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 交流电压 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 时间 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ (k=2)	数字高压表 MPE =0.5% 兆欧表检定装置 MPE =0.2% 数字多用表 DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ADI: $\pm 0.1\%$	中国航发南方工业有限公司 计量实验室	2021年01年19日	√
生产部	数字钳形万用表	31040047WS	FLUKE312	直流电压: 10mV~1000V $U_{rel}=0.02\%$ 交流电压: 10mV~750V $U_{rel}=0.04\%$	多功能校准仪 ACV: (4mV~1000V) / (10Hz~100kHz) $U_{rel}=(0.01\% \sim 0.016\%)$ (k=2) ACI: (40uA~20A) / (60Hz~5kHz) $U_{rel}=(0.02\% \sim 0.08\%)$ (k=2)	深圳华科计量检测技术有限公司	2021年03年15日	√



				交流电流: 0A~1000A $U_{rel}=1.2\%$ 电阻: 1 Ω -4000 Ω $U_{rel}=0.007\%$ (k=2)				
生产部	涂层测厚仪	C20274 1241	UT-343D	$U_{rel}=1.5\%$ (k=2)	标准测厚片 JX-GD-105 (6~1200) μm	中国航发南方 工业有限公司 计量实验室	2021 年 1 月 19 日	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备分别委托深圳华科计量检测技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室南京市计量监督检测院机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求								
审核日期: 2021 年 11 月 10 日上午~ 2021 年 11 月 11 日上午								
审核员签字:  部门代表签字: 								