



测量设备溯源抽查表

编号: 0244-2020-2021


企业名称	肇东市华州石油机械设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	数字万用表	2001024	DT-9230 T	直流电压: 10mV~200V $U_{rel}=0.02\%$ 交流电压: 10mV~750V $U_{rel}=0.04\%$ 交流电流: 0A~20A $U_{rel}=1.2\%$ 电阻: $1\Omega\sim200M\Omega$ ($k=2$)	ACV: (4mV~1000V) / (10Hz~100kHz) $U_{rel}=(0.01\%\sim0.016\%)$ ACI: (40uA~20A) / (60Hz~5kHz) $U_{rel}=(0.02\%\sim0.08\%)$ ($k=2$)	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 3 月 16 日	√
质检部	耐压测试仪	026	CJ2672	交流电压 $U_{rel}=2\times10^{-3}$ 交流电流 $U_{rel}=2\times10^{-3}$ 时间 $U_{rel}=3\times10^{-3}$ ($k=2$)	数字高压表 MPE =0.5% 兆欧表检定装置 MPE =0.2% 数字多用表 DCV: $\pm0.005\%$ ACV: $\pm0.06\%$ DCI: $\pm0.05\%$ ACI: $\pm0.1\%$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 3 月 25 日	√
质检部	电火花检测仪	DN200055	KODIN-6DJ	交流电压 $U_{rel}=3\times10^{-3}$ 交流电压 $U_{rel}=3\times10^{-3}$ 时间 $U_{rel}=3\times10^{-3}$ ($k=2$)	数字高压表 MPE =0.5% 兆欧表检定装置 MPE =0.2% 数字多用表 DCV: $\pm0.005\%$ ACV: $\pm0.06\%$ DCI: $\pm0.05\%$ ACI: $\pm0.1\%$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 2 月 22 日	√
质检部	涂层测厚仪	C202741024	UT-343 D	$U_{rel}=1.5\%$ ($k=2$)	标准测厚片 JX-GD-105 (250~1250) μm	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 2 月 22 日	√
质检部	兆欧表	ZC-7	130524 97	$U_{rel}=6\times10^{-2}$ $k=(2)$	兆欧表检定装置 MPE =0.2% 数字多用表 DCV: $\pm0.005\%$ ACV: $\pm0.06\%$ DCI: $\pm0.05\%$ ACI: $\pm0.1\%$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 3 月 25 日	√
生产车间	游标卡尺	3413	(0~200) mm	$\pm0.03mm$	三等量块	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2020 年 11 月 10 日	√
质检部	接地导通电阻测试仪	2104008	CJ0520 A	$U_{rel}=0.5\%$ 电阻 (0.02~0.2) Ω $k=2$	DCV: $\pm0.005\%$ ACV: $\pm0.03\%$ DCI: $\pm0.05\%$ ADI: $\pm0.1\%$	南京市计量监督检测院	2021 年 4 月 19 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托深圳华科计量检测技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、南京市计量监督检测院机构检定/校准,校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期:2021 年 11 月 8 日上午~2021 月 11 月 8 日下午

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。