



测量设备溯源抽查表

编号: 0245-2020-2021

企业名称	牡丹江鸿鑫设备制造有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	电火花检测仪	DN200087	KODIN-6DJ	交流电压 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 交流电流 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ 时间 $U_{rel}=3 \times 10^{-3}$ (k=2)	数字高压表 0.5% 兆欧表检定装置 0.2% 数字多用表 DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ADI: $\pm 0.1\%$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 01 月 28 日	√
技术部	接电阻测试仪	2104009	NCJ2678	5 级	接地导通电阻测试仪 检定装置 电阻: (0.01~600) mΩ; 电流: (1~100) A MPE: 电阻 $\pm 0.1\%$; 电流 $\pm 0.1\%$	南京市计量监督检测院	2021 年 4 月 19 日	√
技术部	涂层测厚仪	C202740547	UT-343D	$U_{rel}=1.5\%$ k=2	标准测厚片 JX-GD-105	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 1 月 28 日	√
技术部	数字万用表	2010197	DT-203T	直流电压: 10mV~200V $U_{rel}=0.02\%$ 交流电压: 10mV~750V $U_{rel}=0.04\%$ 交流电流: 0A~20A $U_{rel}=1.2\%$ 电阻: 1Ω-200MΩ $U_{rel}=0.007\%$ (k=2)	多功能校准仪 ACV: (4mV~1000V) / (10Hz~100kHz) $U_{rel}=(0.01\% \sim 0.016\%)$ (k=2) ACI: (40uA~20A) / (60Hz~5kHz) $U_{rel}=(0.02\% \sim 0.08\%)$ (k=2)	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 03 月 25 日	√
技术部	兆欧表	13112240	ZC-7	$U_{rel}=6 \times 10^{-2}$ k=	兆欧检定装置 0.2% 数字多用表 DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ADI: $\pm 0.1\%$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021 年 03 月 19 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》,《量值溯源管理控制程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备委托深圳华科计量检测技术有限公司、南京市计量监督检测院机构检定/校准,校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期:2021 年 11 月 13 日上午~2021 年 11 月 13 日下午

审核员签字: 李弘博

部门代表签字: 于海峰

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。