



编号: 1138-2021

不符合项报告

企业名称:	宁波祈禧电器有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	品管部	陪同人员:	赵涛
不符合事实描述: 检查品管部的来料检验室, 内有环压/边压试验机, 其规格型号为 YG-226、编号为 2020090908, 校准证书上的校准日期为 2020 年 11 月 13 日, 校准单位: 中溯计量检测有限公司; 未张贴计量确认状态标识。不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u> 江 </u> 陪同人员(签名) <u> 王 </u> 企业部门代表(签名) <u> 江 </u> 日期: 2021 年 11 月 06 日			
纠正措施: 立即将该台设备管进行计量确认并张贴计量确认合格标识; 举一反三检查公司所有在用的测量设备, 有类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u> 江 </u> 审核员签名: <u> 江 </u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效 审核组代表签名: <u> 江 </u> 日期: 2021. 11. 6			

可另附页

