



编号: 1136-2021

不符合项报告

企业名称:	宁波九菱电机有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品保部		陪同人员: 杨兵华	
不符合事实描述: 检查品保部现场编号为 TT-03-02 的温湿度计和编号为 JS-LL-04 数显推拉力计, 未张贴“计量确认合格证”, 台账中无该测量设备, 企业也未能提供有效的校准证书。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 标识的条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√_: 审核员(签名) <u>杨子林</u> 陪同人员(签名) <u>杨兵华</u> 企业部门代表(签名) <u>杨兵华</u> 日期: 2021 年 11 月 7 日			
纠正措施: 组织相关人员对 GB/T 19022-2003 标准进行学习, 把 TT-03-02 的温湿度计和 JS-LL-04 数显推拉力计纳入《监视和测量设备台账》, 安排送校, 并进行确认, 同时举一反三, 对公司内所有测量设备进行梳理, 避免类似问题发生。 企业部门代表签名: <u>杨兵华</u> 审核员签名: <u>杨子林</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实 予以有效 审核组代表签名: <u>杨子林</u> 日期: 2021.11.7			

可另附页

