



测量设备溯源抽查表

编号: 0180-2019-2021

企业名称	德州金玉石石油机械科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	程控荧光磁粉探伤机	0019112	CJW-5000	$\pm 5\%$ $U_{rel}=0.6\%, k=2$	磁粉探伤机校准装置: $\pm 0.01\%$	深圳中测计量技术有限公司	2021.5.11	√
质检部	里氏硬度计	068	BH200C	$\pm 12HLD$ $U=7HLD, k=2$	标准里氏硬度块: $U=5HLD, k=2$	深圳中测计量技术有限公司	2021.10.28	√
质检部	压力表	HC695916 02040	(0-40) MPa	$\pm 1MPa$ $U=0.35\%FS, k=2$	活塞式压力计: 0.05 级	深圳中测计量技术有限公司	2021.10.28	√
质检部	外径千分尺	G153494	(0-25)mm	$\pm 4\mu m$ $U=1.0\mu m, k=2$	量块: 4 等	深圳中测计量技术有限公司	2021.10.28	√
质检部	游标卡尺	12028058	(0-200)mm	$\pm 0.03mm$ $U=0.01mm, k=2$	量块: 5 等	深圳中测计量技术有限公司	2021.5.10	√
质检部	钢卷尺	1901119	2m	$\pm (0.3+0.0002*L)mm$ $U=0.2mm, k=2$	标准钢卷尺: $\pm (0.03+0.03L) mm$	深圳中测计量技术有限公司	2021.10.28	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，企业未建立最高计量标准，测量设备全部委托深圳中测计量技术有限公司进行校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的测量设备校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 18 日上午~2021 年 11 月 19 日上午

审核员签字:

刘复兴

部门代表签字:

邵国利