



测量设备溯源抽查表

编号: 0178-2018-2021

企业名称	西玛克(厦门)阀门有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	扭矩扳手	1483	TLB60-300 N.m	±3%	扭矩板子检定仪 (0-3000)N.m	上海捷祥测控技术有限公司	2021.9.17	√
质检部	里氏硬度计	A092806670	TH140	示值误差-3HL	标准里氏硬度块 $U=5HLD, k=2$	上海捷祥测控技术有限公司	2021.9.17	√
质检部	百分表	4615248	(0-10) mm	$U=6\mu m, k=2$	指示表全自动检定仪 $U=1.6\mu m, k=2$	上海捷祥测控技术有限公司	2021.9.17	√
质检部	温控仪	WS40600802 11	XMTA	$U=1^{\circ}C, k=2$	多功能过程校验仪 $U=0.3^{\circ}C, k=2$	上海捷祥测控技术有限公司	2021.9.17	√
生产部	压力表	90222420	(0-10) MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	上海捷祥测控技术有限公司	2021.9.17	√
生产部	压力表	90222420	(0-10) MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	上海捷祥测控技术有限公司	2021.9.17	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备由质检部送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，测量设备检定证书由行政部统一保存，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 16 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



扫描全能王 创建