



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0222-2020-2021

| 企业名称 广州市保伦电子有限公司 |         |                |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                |            |               |
|------------------|---------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 部门               | 测量设备名称  | 测量设备编号         | 型号规格                | 测量设备计量特性                                                                                   | 测量标准装置名称及技术参数                                                                                                                                                                               | 检定/校准机构        | 检定/校准日期    | 符合打√<br>不符合打× |
| 制成品管部            | 失真仪     | GEP860<br>767  | GAD-2<br>01G        | 不平衡电压表基本误差: $\pm 3\%$<br>频率附加误差: $\pm 3\%$<br>失真表频率刻度误差: $\pm 3\%$<br>失真示值误差 $\pm 0.012\%$ | 失真度检定装置:<br>电压:<br>$U_{rel} = 0.10\%$ , $k=2$<br>多功能标准器:<br>DVC: $\pm 0.0012\%$<br>DCA: $\pm 0.01\%$<br>ACV: $\pm 0.012\%$<br>ACA: $\pm 0.06\%$<br>OHM: $\pm 0.0028\%$<br>ACP: $\pm 0.08\%$ | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020-12-24 | √             |
| 制成品管部            | 绝缘电阻测试仪 | 1312AG<br>41   | 205D                | 绝缘电阻允差: $\pm 5\%$<br>测试电压允差: $-10\%$                                                       | 绝缘电阻表检定装置<br>绝缘电阻<br>$U_{rel} = 2.6\%$ , $k=2$<br>电压 $U_{rel} = 1.2\%$ , $k=2$                                                                                                              | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021-06-06 | √             |
| 生产部(大龙街生产基地)     | 数显卡尺    | K17B27<br>6838 | (0~200)<br>mm/0.1mm | $\pm 0.03\text{mm}$                                                                        | 量块: 3 等 1 级<br>数显外径千分尺:<br>MPE: $\pm 0.02\text{mm}$<br>刀口形直尺                                                                                                                                | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020-12-24 | √             |
| 品质部<br>管材检验室     | 数量式推拉力计 | YD1612<br>9203 | YKL-50<br>N         | $\pm 2\%$                                                                                  | 砝码: MPE: $\pm 0.03\%$                                                                                                                                                                       | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020-12-30 | √             |
| 制成品管部            | 耐压测试仪   | 04439          | CC267<br>2A         | 交流电压: 允差 $\pm 0.25\%$<br>直流电压: $\pm 0.25\%$<br>交流直击电流: $\pm 0.95\%$                        | 耐电压测试仪<br>交流电压:<br>$U_{rel} = 1.6\%$ , $k=2$<br>直流电压:<br>$U_{rel} = 1.5\%$ , $k=2$<br>绝缘电阻表检定<br>电压持续时间:<br>$U_{rel} = 1.5\%$ , $k=2$                                                       | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020-12-24 | √             |

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品质控制部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期： 2021 年 11 月 19 日

审核员签字： 邵相臣

部门代表签字： 邵永生

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。