



测量设备溯源抽查表

编号: 0257-2020-AA-2021

企业名称	江西南缆集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	标准电阻	801017	BZ3	0.01 级	直流标准电阻二等	江西省计量测试研究院	2021.07.20	√
质量部	数字高压表	DM20-0716-462	LK7020	DCV: $U=0.03$ 8kV ($k=2$); ACV: $U=0.05$ 7kV ($k=2$)	数字万用表 DCV: $\pm 0.0016\%$ ACV: $\pm 0.004\%$	广州广电计量检测股份有限公司	2021.10.27	√
质量部	分析天平	017539	TG328A	I ₃ 级	砝码 F ₁ 等级	江西省计量测试研究院	2021.04.06	√
铝线车间	电子平台秤	B24243363	IDN221	III 级	砝码 M ₁ 等级	南昌市计量检定站	2020.11.24	√
质量部	量块	901121	(5.12~100)mm 20 块	5 等	三等量块标准装置 3 等	江西省计量测试研究院	2021.04.25	√
质量部	量块	54605	(50~291.8)mm 12 块	5 等	三等量块标准装置 3 等	江西省计量测试研究院	2021.04.25	√
质量部	绝缘电阻测试仪	08148144	CZ2677D	(5~100) MΩ: U _{rel} =1.0%; (100~1000) MΩ: U _{rel} =2.0%; (1000~10000) MΩ: U _{rel} =3.0% K=2	绝缘电阻表 检定仪 0.2 级	江西省计量测试研究院	2021.05.12	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司已建最高计量标准 3 项 (卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、测温二次仪表检定装置), 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江西省计量测试研究院、南昌市计量检定站、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 15 日 ~ 11 月 16 日 上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。