



测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草集团北京卷烟厂有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心	卷烟和滤棒物理性能综合测试台	1707BJ594	OM-VM	硬度单位预压力: (0.10±0.01) N 硬度单位的施压负荷:(2.94±0.03)N 硬度单位位移最大允差:±0.02mm	卷烟和滤棒物理性能综合测试台检定装置 质量单元 F1 级 圆周 0.004mm, k=2 流量 0.05 级 通风率 0.62%, k=2 硬度 0.002mm, k=2 0.004mm, k=2 施压负荷 1.0 级	中国烟草标准化研究中心	2020.12.23	√
技术中心	气相色谱仪	US10733013	7890A	FID 检测器: 检测限 0.016ng/s 定量重复性 0.9% TCD 检测器: 基线噪声 0.001mV 定量重复性 1.7%	气相色谱仪检定装置 Urel= (1-3) %, k=2	中国计量科学研究院	2020.1.7	√
技术中心	数显温湿度计	F4830039	HM34C	U=0.1°C, k=2 U=1.1%RH, k=2	精密露点仪 露点: ±0.2°C 温度: ±0.1°C	北京市计量检测科学研究院	2021.4.20	√
制丝车间	复合体检测仪	QT-0148	PGM-2500	示值误差: O2: ±3%FS H2S: ±10% CO: ±5%FS CH4 ±10%	气体分析仪检定装置: 可燃气体 CH10: Urel=1.2%, k=2 CO: Urel=1.2%, k=2 O2: Urel=1.2%, k=2 氮中硫化氢气体标准物质: Urel=2.4%, k=2	北京市计量科学检测研究院	2021.6.11	√
制丝车间	电子天平	ZL-0082	CWP1-30FE-1	U=3g, k=2	标准砝码 F1 级	中国航空集团北京长城计量测试技术研究所	2021.3.18	√
生产管理部	电子天平	ZL-0021	PB153-S	U=0.0006g, k=2	标准砝码 E2 级	中国航空集团北京长城计量测试技术研究所	2021.3.18	√
卷包车间	长度标准棒	L08-0110L10-0098	80.000mm 99.999mm	U=0.003mm k=2	精密测长机 MPE: (0.2 μm + 0.5 × 10 ⁻⁶ L	北京市计量检测科学研究院	2021.1.26	√



卷包 车间	烟草专 用通风 率标准 棒	JV01295	40%	$U_{rel}=0.62\%$ $k=2$	烟草专用气体流 量标准装置: 1 级 皂膜流量计: 0.5 级	中国烟草标准 化研究中心	2021.9.2 4	√
卷包 车间	电子 天平	ZL-0035	PL202- S (1~ 210) g	重复性误差: 0.01g $l=0.02g$ $k=2$	标准砝码: F1 等 级	中国航空工业 集团公司北京 长城计量测试 技术研究所	2021.3.1 8	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认过程管理程序》、《测量资源管理程序》, 对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司测量设备实施委外检定/校准, 检定/校准机构主要为北京市计量检测科学研究院、中国烟草标准化研究中心和中国计量科学研究院等机构。公司的测量设备统一由设备管理部组织送外校准/检定, 校准/检定机构已按文件规定进行选择并评价, 校准/检定证书统一由各部门自行保存。抽查证书情况见上表, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 23~25 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。