



编号: 1197-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	西安泰戈电气科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	耐压测试仪	512117	ET2670B	交流电压: $U_{rel}=1.8\%$, $k=2$ 交流电流: $U_{rel}=1.4\%$, $k=2$ 时间: : $U_{rel}=1.3\%$, $k=2$	耐电压测试仪校验仪 电流/电压: $\pm(0.4\% \times$ 读数 $+0.1\% \times$ 量程); 纹波/失真: $\pm 1.0\%$ (绝对误差); 电压计时: $\pm(0.5\%+2$ 个字); 失真: $U_{rel}=1.4\%$, $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.11.08	√
生产部	压力表	975324	(0~10) MPa	$U_{rel}=0.5\%FS$ $k=2$	数字压力校验仪 0.05 级	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.11.08	√
质检部	电子天平	14104	TP-B2000	$U=0.04g$ $k=2$	砝码 F2 等级	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.11.08	√
质检部	数字多用表	3146A33453	34404A	直流电压 MPE: $\pm(0.8\%+10)$; 交流电压 MPE: $\pm$ $(1.2\%+10)$; 直流电流 MPE: $\pm(2.0\%+5)$; 交流电流 MPE: $\pm(3.0\%+10)$; 电阻 MPE: $\pm$ $(1.0\%+25)$	多功能校准仪 MPE: $\pm 0.1\%$	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.11.08	√
生产部	游标卡尺	1139382	(0~150) mm	MPE: $\pm 0.03mm$	量块 5 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.11.08	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理控制程序》, 《溯源性管理控制程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 15 日~11 月 16 日上午

审核员签字:

左校

部门代表签字:

张建奇



说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。