




编号: 1197-2021

不符合项报告

企业名称: 西安泰戈电气科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员:  张维
不符合事实描述: 查质检部提供的公司测量设备台帐中, 未建立公司标准物质(标气)台帐, 与公司《测量设备控制管理程序》中规定的用于统一量值的标准物质应纳入 A 类管理的要求不符。也不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 条测量设备 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名)  杨毅, 陪同人员(签名)  张维 企业部门代表(签名) 解明 日期: 2021. 11. 16	
纠正措施: 1. 归纳建立台帐, 将标气列为 A 类管理。 2. 对其它测量设备进行排查, 避免出现同类问题。 企业部门代表签名: 解明 审核员签名:  杨毅	
纠正措施完成情况: 已完成 纠正措施有效, 验证关闭 审核组代表签名:  李宗选 日期: 2021. 11. 16	

可另附页