



测量设备溯源抽查表

编号: 0258-2020-2021

企业名称 河南省新郑金芒果实业总公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
辅料研发中心	综合测试台	F1201	G1105-0200	长度: $l=0.02\text{mm}$ (k=2) 圆周: $l=0.01\text{mm}$ (k=2)	针规 $l=0.6\mu\text{m}$ (k=2) 一等补偿式威压计 $l=0.050\text{mm}$ (k=2) 砝码 E ₂ 级	深圳中恒检测技术有限公司	2021.06.05	√
辅料研发中心	数字投影仪	TP12012017004	TP1150-II	示值误差 $2\mu\text{m}$ 技术指标 (4+L/25) mm X 轴 Y 轴 $l=1.4\mu\text{m}$ (k=2)	道口直角尺 0 级 玻璃线纹尺 $l=0.001\text{mm}$ (k=2) 玻璃线纹尺 $l=0.3\mu\text{m}+1.25\times 10^{-6}$ (k=2)	深圳中恒检测技术有限公司	2021.06.05	√
辅料研发中心	温湿度表	07	TH802A	温度误差 $l=0.5^{\circ}\text{C}$ (k=2) 湿度误差 $l=2.5\%RH$ (k=2)	电动通风干湿表 温度: $\pm 0.08^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 $\pm 2.0\%RH$ 温湿度检定箱 温度 0.25°C 湿度 $15\%RH$	苏州朗博校准检测有限公司	2020.11.30	√
水松纸工段	百分表	1000167	(0~10) mm	$U=3\mu\text{m}$ (k=2)	光栅式指示表检定仪 $U=1.1\mu\text{m}$ (k=2)	深圳中恒检测技术有限公司	2021.06.05	√
特种嘴棒工段	电子秤	1311000754	XK3190-A12E	III 级	非自动衡器检定装置 M ₁ 等级 砝码 (组) M ₁ 等级	新郑市工商管理和技术质量监督检验测试中心	2021.11.09	√
特种嘴棒工段	压力表	514119	(0~1.6) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置 0.05 级	深圳中恒检测技术有限公司	2021.06.05	√
综合材料工段	色度仪	JM020343	SD9012A	$U_i=4$ 度	色度溶液标准物质 $U_{rel}=1\%$ (k=2)	深圳中恒检测技术有限公司	2021.06.07	√
综合材料工段	电接点压力表	0105759	(0~1.6) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置 0.05 级	河南省计量科学研究院	2021.09.29	√



审核综合意见:

企业未建立最高计量标准, 所查测量设备均由深圳中恒检测技术有限公司、河南省计量科学研究所、苏州朗博校准检测有限公司、新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心等四家检定校准机构检定 / 校准。现场抽查 8 份检定校准证书, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 18 日 ~ 11 月 19 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。