



测量设备溯源抽查表

编号: 0275-2020-2021

企业名称	北京奥特美克科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	压力表	1923	(0~4) MPa	1.6 级	压力表检定装置 0.05 级	河北省计量监督检测研究院	2021.09.07	√
生产车间	水表检定装置	267	DN(15~25)mm	0.2 级	二等标准金属量器 二等	河北省计量监督检测研究院	2021.10.28	√
生产车间	水表检定装置	553	DN(40~100)mm	0.2 级	二等标准金属量器 二等	河北省计量监督检测研究院	2021.10.28	√
生产车间	万能角度尺	1102405090	(0~360)°	±5'	角度块 2 级	河北省计量监督检测研究院	2021.09.08	√
生产车间	游标卡尺	1102055571	(0~300)mm	±0.04mm	量块 4 等	河北省计量监督检测研究院	2021.09.08	√
生产车间	绝缘电阻表	15021010	ZC-7	10 级	兆欧表检定装置 0.2 级	河北省计量监督检测研究院	2021.09.08	√
生产车间	手持式激光测试仪	1681450284	DISTO™X3	0 级	室内长度测量系统 $U=0.14\mu\text{m}+1\times 10^{-7}L$, $k=2$	河北省计量监督检测研究院	2021.09.16	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托河北省计量监督检测研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 29 日~11 月 30 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。