



测量设备溯源抽查表

编号: 0248-2020-2021

企业名称	哈尔滨索菲电气技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
组装车间	耐压测试仪	1808005	NCJ2672D	5 级	耐电压试验仪检定仪 MPE: $\pm 0.5\%$	南京市计量监督检测院	2021. 7. 6	√
组装车间	游标卡尺	180443942	(0~150) mm	$\pm 0.02\text{mm}$	量块: 5 等	南京市计量监督检测院	2021. 7. 6	√
组装车间	接地电阻测试仪	1804004	NCJ2678	5 级	接地导通电阻测试仪检定装置 MPE: 电阻: $\pm 0.1\%$; 电流: $\pm 0.1\%$	南京市计量监督检测院	2021. 7. 6	√
生技部	绝缘电阻表	20101422	ZC-7(500V 500M Ω)	5 级	精密十进位直流电阻箱 MPE: $\pm 0.5\%$	哈尔滨永创计量检测有限公司	2020. 12. 02	√
生技部	里氏硬度计	YA200016	YD30000A	$H_{\text{rel}}=12\text{HL}(\text{K}2)$	标准里氏硬度块 $H_{\text{rel}}=6\text{HL}(\text{K}2)$	哈尔滨永创计量检测有限公司	2020. 12. 02	√
生技部	红外线测温仪	4498473	DT-882H	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	黑体辐射源 MPE: 控温稳定性不大于 (0.1°C 与 $0.1\%t$ 的大者) /10min 均匀性不大于 (0.15°C 与 $0.15\%t$ 的大者)	哈尔滨永创计量检测有限公司	2020. 12. 02	√


审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托南京市计量监督检测院、哈尔滨永创计量检测有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由生技部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2011 年 11 月 17 日~ 11 月 18 日 上午

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。