



编号: 1217-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏特思芳环保科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 张苏	
不符合事实描述: 检查生产车间现场在用的出厂编号 1606360, (0-2.5) MPa 的 1.6 级的压力表, 未送检溯源不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款的要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>任春芳</u> 陪同人员(签名) <u>张苏</u> 企业部门代表(签名) <u>孙海波</u> 日期: 2021.12.15			
纠正措施: 组织人员立即将上述压力表送检溯源, 检查现场在用的测量设备有无类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>孙海波</u> 审核员签名: <u>任春芳</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.12.15			

可另附页

