



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07版)

编号: 1221-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称: 无锡智能自控工程股份有限公司, 质量检验部.								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量检验部/理化室	洛氏硬度计	6000006	200HR5-150	60~70HRC	标准硬度块 HRC/150.4HRC	苏州天诚检测技术有限公司	2020.12.09	✓
金工车间	外径千分尺	LS30-5003	(15~50)mm	±0.005mm	量块/2等	苏州天诚检测技术有限公司	2021.05.25	✓
机修	气体分析仪	NO:0107399 05072599	ST8900	0 ₂ 0~3.0%Vol	标准气体 10~100% 100.0% (K ₂)	苏州天诚检测技术有限公司	2021.7.21	✓
仪表班	电导率	4H~001 1611	OCS-5T	(0~5)℃	标准水/MI.112	苏州天诚检测技术有限公司	2021.04.09	✓
机修	可燃气分析仪	R4K20120454	RBT-6000-24X	防爆5% 5%~6% 0~100% (L ₁) 1% (K ₂)	标准气体	苏州天诚检测技术有限公司	2021.2.24	✓


审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

查看溯源文件, 无溯源原始记录, 证书报告有效规范, 有验证记录。

审核日期: 2021年11月26日~11月26日

审核员签字: 张明 部门代表签字: 诸剑光

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 1221-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称		无锡智能自控工程有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量检验部	数显卡尺	LS17-J017	(0~150)mm	±0.03mm	量块 五等	扬州市天域计量检测有限公司	2021.5.25	✓
"	内径千分尺	LT01-0003	(50~75)mm	(±9μm)	量块 五等	"	2021.9.13	✓

审核综合意见：
 （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）
 查看：《计划确认过程控制程序》文件、检测设备的检校证书、溯源性均符合要求。

审核日期：2022年 11 月 26 日~ 11 月 27 日

审核员签字：邱晓英

部门代表签字：诸剑光

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。