



测量设备溯源抽查表

编号: 0176-2020-2021

企业名称	山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	数显洛氏硬度计	0086	HRS-150	±1.5HRC	金属洛氏硬度计检定装置: ±0.3HRA	寿光市计量测试所	2021.10.11	√
品管部	布氏硬度计	0152	HB-3000	±2% (281HBW)	金属布氏硬度计检定装置: U=0.5%, k=3	寿光市计量测试所	2021.10.11	√
品管部	游标卡尺	KL-L064	(0-200)mm	±0.03mm	卡尺量具检定装置: 5 等	寿光市计量测试所	2021.10.8	√
品管部	千分尺	KL-LX05	(50-75)mm	±0.002mm	测微量具检定装置: 5 等	寿光市计量测试所	2021.10.9	√
品管部	数显外径千分尺	KL-LXW012	(25-50)mm	±0.002mm	测微量具检定装置: 5 等	寿光市计量测试所	2021.10.9	√
生产部	氧气表	F803537	(0-4)MPa	2.5 级	精密压力表标准装置: 0.25 级	寿光市计量测试所	2021.10.8	√
生产部	乙炔表	F903367	(0-4)MPa	2.5 级	精密压力表标准装置: 0.25 级	寿光市计量测试所	2021.10.8	√
品管部	温湿度表	KL-WS01	HTC-1	温度: U=0.7℃,k=2 湿度: U=2%RH (60%RH, 20℃),k=2	精密露点仪: 温度: ±0.1℃; 露点: ±0.2℃ DP	寿光市计量测试所	2021.10.12	√
品管部	钢卷尺	KL-MC04	10m	II 级	钢卷尺标准装置: ±(0.02+0.02L) mm	寿光市计量测试所	2021.10.12	√
生产部	手持式折光仪	KL-808	LB20T	U=0.05%, k=2	折光仪: ±0.005%	广州广电计量检测股份有限公司	2021.6.2	√



品管部	螺纹牙型 高度量规	2005075/3 B01545	ITH011	$U=6\mu\text{m}, k=2$	数显校验 仪: $U=5\mu\text{m}, k=2$	中国石油天然 气集团公司管 材研究所石油 管检测实验室	2021.9.15	√
审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托“广州广电计量检测股份有限公司 (认可证书号: CNAS L0446)”、“寿光市计量测试所 (计量检定机构授权证书号: (鲁) 法计 (2019) 370704 号)”“中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室 (认可证书号: CNAS L1555)”进行检定校准”, 检定校准证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 11 月 26 日上午—2021 年 11 月 27 日下午								
审核员签字: 刘文印 部门代表签字: 张银亮								