



测量设备溯源抽查表

编号: 0227-2019-2021

企业名称	东营钧辰石油设备有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	泄漏电流测试仪	L75A-0916-008	LK2675A	$\pm 0.25\text{mA}$ $U_{\text{rel}}=0.024\text{mA}$, $k=2$	数字万用表 $ACI:U_{\text{rel}}=0.7\times 10^{-3}\%$, $k=2$ $DCI:U_{\text{rel}}=3.3\times 10^{-4}\%$, $k=2$	广州力赛计量检测有限公司	2021.06.15	√
生产技术部	压力校验仪	2200110	SHD-8	$U=0.5\%FS$, $k=2$	便携式压力校验仪 0.05 级	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.03.18	√
生产技术部	恒温烘箱	2017090301	AC220	$U=0.5^{\circ}\text{C}$, $k=2$	数据采集仪 $U=0.5^{\circ}\text{C}$, $k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.03.18	√
生产技术部	电子天平	Y20173138	FA2004N	$U=1.5\text{mg}$, $k=2$	砝码 F_1 级	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.03.18	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由安全环质部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳华科计量检测技术有限公司(机构注册编号: CNAS L8465)”、“广州力赛计量检测有限公司(机构注册编号: CNAS L7127)”进行校准, 校准证书由安全环质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 14 日下午—2021 年 12 月 15 日下午

审核员签字:

部门代表签字: