



编号: 0130-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	南京诚志清洁能源有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 仪表管理处		陪同人员: 王昕	
不符合事实描述: 查验一期甲醇合成工序 CO 气体检测报警仪 (位号为 AS204-CO), 通入标准值为 $79.8 \mu\text{mol/mol}$ 的 CO 标气后仪表示值有变化, 但报警装置不报警。 不符合认证审核准则条款号: <u>不符合 GB/T 19022-2003 第 6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√ </u>; 审核员 (签名) <u>李昕</u> 陪同人员 (签名) <u>陈玲</u> 企业部门代表 (签名) <u>王昕</u> 日期: 2021 年 12 月 10 日			
纠正措施: <u>现场声光报警器电源被误关闭, 增加现场电源标识, 并定期检查。</u> 企业部门代表签名: <u>王昕</u> 审核员签名: <u>李昕</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实</u> 审核组代表签名: <u>李昕</u> 日期: <u>2021.12.10</u>			

可另附页

