



编号: 1168-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	北京康仁堂药业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
工程设备部	高效液相色谱仪	LC-2010A (HT)	C2124480 6176LP/C-007	$U_{rel}=4.4\%$ $k=2$	苯/甲醇溶液 (202002#) $U_{rel}=3\%$ $k=2$ (201907#): $U_{rel}=2\%$ $k=2$	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	2020.5.15 (24月)	√
工程设备部	电子台秤	AE20160314012	XK3150	$U_{rel}=0.03\text{kg}$ $k=2$ 重复性: $\leq 0.08\text{kg}$	砝码:E2 等级 M1 等级	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	2021.2.5	√
工程设备部	压力表	YA0103137	(0~1) MPa	$U_{rel}=0.005\text{MPa}$ $k=2$	数字压力计: 0.05 级	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	2020.12.20	√
工程设备部	电子天平	19030018	SF-LS-600B (0~600) g	$U_{rel}=0.01\text{g}$ $k=2$ 重复性: $\leq 0.15\text{g}$	砝码: E2 等级	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	2021.2.5	√
工程设备部	温湿度计	Z151	TH101B	温度: $t=0.4^{\circ}\text{C}$, ($k=2$) 湿度: $t=1.8\%\text{RH}$ ($k=2$)	精密露点仪: $t=1\%\text{RH}$, $k=2$, 标准铂电阻温度计: 二等	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	2021.1.19	√
工程设备部	砝码	C846	1mg~200g (22 件)	最大允差: $\pm 0.16\text{mg}$ 磁化率 <0.07	砝码: E1 等级	天津市计量监督检测科学研究院	2021.8.16	√
工程设备部	便携式臭氧检测仪	00210338464	GT903-CY-03	$U_{rel}=2.4\%$ $k=2$ 响应时间: 43s	臭氧气体分析仪 检定装置: $U_{rel}=1.5\%$ $k=2$ $U_{rel}=2\%$ $k=2$	中国计量科学研究院	2021.7.16	√



工程设备部	照度计	03840888	AS823	$U_{rel}=1.3\%$ $k=2$	发光强度标准灯：一级标准灯	北京市计量检测科学研究院	2021.8.17	√
工程设备部	自动润药机	PZ0302	RZWY-2000	$U=0.30^{\circ}\text{C}$ $k=2$	无线温度探头： $U=0.1^{\circ}\text{C}$ $k=2$	中测国信（北京）计量检测技术有限公司	2021.4.20	√
工程设备部	压差表	12109865	(0~60) Pa	$U=0.6\text{Pa}$ $k=2$	数字压力计： 0.05 级	中测国信（北京）计量检测技术有限公司	2021.6.9	√
工程设备部	电子天平	1232301746	AL104 (0~110) g	$U=0.0001\text{g}$ $k=2$	砝码： E2 等级	中测国信（北京）计量检测技术有限公司	2021.5.12	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由工程设备部负责溯源并保管证书，公司测量设备全部委托中国计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、天津市计量监督检测科学研究院、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、中测国信（北京）计量检测技术有限公司等机构检定/校准，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2021 年 12 月 1 日上午~ 12 月 3 日下午

审核员签字：

部门代表签字：