



测量设备溯源抽查表

编号: 0034-2020-2021

企业名称	东营市乾润石油工程技术服务有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	涂层测厚仪	19E208166	AS-X3	$\pm 2.5\mu\text{m}$ $U=2.1\mu\text{m}$, $k=2$	标准厚度片: $U=0.3\mu\text{m}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021.10.15	√
质检部	游标卡尺	7695	(0-150)mm	$U=0.01\text{mm}$, $k=2$	量块: 5等	山东凯利布森测控技术有限公司	2021.10.15	√
质检部	里氏硬度计	MH0120090708	MH170	$U=11\text{HL}$, $k=2$	里氏硬度块: 537HLD 时, $U=5\text{HLD}$, $k=2$ 797HLD 时 $U=8\text{HLD}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021.10.15	√
质检部	金相显微镜	990695	XJP-200	$U=0.0017\text{mm}$, $k=2$	玻璃尺: $U=0.50\mu\text{m}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021.10.15	√
生产部	焊接检验尺	04830044	HJC 60	长度: $U=0.03\text{mm}$, $k=2$ 角度: $U=8'$, $k=2$	量块: 3等 游标卡尺: $\text{MPE}:\pm 0.03\text{mm}$ 万能角度尺: $\text{MPE}:\pm 2'$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021.10.15	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“山东凯利布森测控技术有限公司(机构注册编号: CNAS L7829)”进行校准, 校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 16 日上午—2021 年 12 月 17 日上午

审核员签字:

部门代表签字: