



测量设备溯源抽查表

编号: 0271-2020-2021

企业名称	武汉红金龙印务股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	电热鼓风干燥箱	12848	101-1AB	$U=0.3^{\circ}\text{C}$, $k=2$	多点温湿度测试仪 $U=0.1^{\circ}\text{C}$, $k=2$	武汉市计量测试检定(研究)院	2021.09.15	√
质量管理部	粗糙度仪	10155.1	58-06-00-0002	$U_{rel}=2\%$, $k=2$	三等标准多刻线样板	武汉市计量测试检定(研究)院	2021.09.15	√
质量管理部	钢直尺	自编号 001	(0~1000)m m	$U=0.01\text{mm}$, $k=2$	三等标准金属线纹米尺	武汉市计量测试检定(研究)院	2021.09.22	√
质量管理部	烟用纸张平整度测量仪	自编 PZ001	TPF100	$U=0.01\text{mm}$, $k=2$	四等量块	武汉市计量测试检定(研究)院	2021.09.22	√
质量管理部	电子天平	B632855945	ME204E/02	I 级合格	E2 级砝码	武汉市计量测试检定(研究)所	2021.08.24	√
质量管理部	纸张厚度仪	10711120028	DRK107D	$U=1\mu\text{m}$, $k=2$	四等量块	武汉市计量测试检定(研究)院	2021.09.15	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》。公司未建最高计量标准。测量设备由设备工程部负责溯源。公司测量设备全部委托武汉市计量测试检定(研究)所检定/校准,校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 10 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。