



编号: 1254-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	廊坊市派博力克科贸有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
技术质量部	电子天平	PBLK-02	SF-400A	±1.0g	砝码: F1 等级	河北省计量监督检测院廊坊分院	2021.5.20	√
技术质量部	绝缘电阻表	16021003	WK25-4	±10%	绝缘电阻测试仪 检定装置: 0.2 级	河北省计量监督检测院廊坊分院	2021.4.22	√
技术质量部	活塞式压力计	13-215	KY100	0.005 级	(0.1-10) MPa 压力基准装置: $U_{rel}=0.002\%, k=3$ 活塞式压力计: $U_{rel}=0.0024\%, k=2$	中国计量科学研究院	2020.12.14	√
技术质量部	千分尺	PBLK-01	(0-25) mm	±0.004mm $U_{rel}=0.0024\%, k=2$	量块: 4 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.04.15	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，企业未建立最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源，测量设备全部委托“中国计量科学研究院”、“河北省计量监督检测院廊坊分院”、“深圳华科计量检测技术有限公司”进行检定/校准，检定/校准证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的测量设备检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 28 日下午~2021 年 11 月 29 日下午

审核员签字:

刘怀荣

部门代表签字:

刘闯